

BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 254/RSPHS/1-BAC/IPSR5/W/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR5/ATEM) pada Tanggal 11 Bulan April Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Regulator Oksigen Tabung
Merk/Type Alat	:	GEA
Ruang/Unit	:	Irna A , 2A
Jumlah	:	1Unit
Keluhan/Kendala	:	Regulator Oksigen Tabung dalam kondisi patah bagian pemutar / besar kecilkan volume Oksigen yang di keluarkan.
Analisa	:	Regulator Oksigen Tabung dalam kondisi patah bisa di sebabkan karena regulator jatuh ke lantai.
Perbaikan	:	Internal RS
Tanggapan Rumah Sakit	:	Penggantian oleh unit

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih
Pasuruan,11 – 04 - 2026

Teknisi	Kabid Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto AmdTekMed)	(Wulandari)	(Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)

DOKUMENTASI

