

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 276/RSPHS/1-BAC/1PSRS/V/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 18 Bulan Mei Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Timbangan dan pengukur tinggi badan
Merk/Type Alat	:	OneHealth
Ruang/Unit	:	MCU
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Salah berpijak ketika mundur saat pembersihan area CSO dan MCU
Analisa	:	melihat + 1. Petugas CS tidak memperhitungkan jika dibelakang petugas ada timbangan kaca 2. Petugas tidak waspada terhadap barang-barang mudah pecah Seharusnya saat merusak barang berupa kaca harus segera dibersihkan, menghindari terkena serpihan kaca
Perbaikan	:	Internal Rs
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,18 – 05 - 2026

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	---	--	--	--

DOKUMENTASI





I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Andy Bagus S
2	Kejadian	Timbangan digital dan pengukur tinggi badan pecah
3	Unit Kerja yang terlibat	CS
4	Tanggal Kejadian	16 Mei 2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
16/05/2025	22.30	Kegiatan mopping di area CSO Staff CS melakukan mopping pada area CSO tanpa sengaja timbangan digital terkena benturan stik pel dan kaki, sehingga timbangan digital berpindah posisi dan pecah	Didik Pramono

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

- Staff tidak sengaja dan kurang berhati-hati pada saat posisi mopping yang berjalan mundur dan tidak melihat barang di area yang dibersihkan

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

- Timbangan digital rusak dan pecah

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit Andy Bagus S.	1. Lebih hati-hati pada saat melakukan pembersihan di area sekitar 2. Penggantian timbangan digital	
Kabid Pelayanan Medik	- Bekerja lebih hati-hati, perhatikan barang di sekitar. - Penggantian sesuai ketentuan	
Kabid Penunjang Medik	- Hati-hati & dlt bekerja, perhatikan area sekitar - penggantian sesuai ketentuan	
Kabid Umum	- Lebih hati-hati saat bekerja - Renew penempatan alat yang aman - Proses penggantian itu sesuai ketentuan oleh ybs	
SDM		

Menyetujui
Direktur RS Prima Husada

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

Pembuat Kronologi

(Andy Bagus S.)

Catatan Direktur : _____



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA

NOMOR : 276.1/ RSPH/1 -pm/ IPSRS/ U / 2026

Tanggal	18 Mei 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IPSR				
Alasan Pengajuan	Untuk mengganti barang yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Pengajuan timbangan standing	1 Unit	0	Butuh urgent sebelum tanggal 25 Mei 2026
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Mengukur Berat Badan: Menimbang bobot tubuh hingga kapasitas maksimal 200 kg dengan tingkat akurasi tinggi (graduasi 50 gram). 2. Mengukur Tinggi Badan: Dilengkapi dengan tiang stadiometer untuk mengukur tinggi badan pasien secara manual atau digital. 3. Menghitung BMI (IMT): Mengalkulasi Indeks Massa Tubuh secara otomatis setelah data berat dan tinggi badan diperoleh. 4. Analisis Lemak Tubuh: Mengukur persentase lemak tubuh menggunakan metode analisis impedansi bioelektrik (BIA).			
3.	Penempatan alat**	1. Poli MCU			
4.	Merk/Tipe**	1. Serenity HWD-01			
5.	Spesifikasi**	1. Serenity HWD-01			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui PLT Direktur	
 WR Nisa (Wahyu Rahmatun Nisa)	 (Wulandari)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	 (Heni Indra W, S.Kep, M. Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I

