

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 281/KSPHS/1-BAC/IKO/V/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 15 Bulan Mei Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	1. Lensa Alat Urologi
Merk/Type Alat	:	1. Tontara / Tono 601-110-20-M
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1. 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Lensa kondisi kabur dan drill kocak / dol karena lensa jatuh ke lantai.
Analisa	:	1 Lensa alat urologi kondisi kabur dan drill kocak / dol di sebabkan karena jatuh ke lantai. 2 Perlu pengecekan teknisi oleh vendor lebih lanjut.apakah bisa di perbaiki pabrik atau tidak.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Keteledoran dan tidak patuhnya staf terhadap penempatan alat saat selesai digunakan / persiapan akan digunakan

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 15 – 05 - 2026

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS. ACC by WA 13.SS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	--	--	--	--

DOKUMENTASI



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 281.1/RSPHS/I-PM/IKO/V/2026

Tanggal	20/05/2026				
Pengajuan Dari Unit*	IKO				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Uretro- renoscope 6.0-7.5-9-10.2Fr;	1 Unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Uretro- renoscope adalah alat untuk operasi urologi jenis tindakan URS			
3.	Penempatan alat**	1. IKO			
4.	Merk/Tipe**	1. tontara			
5.	Spesifikasi**	1. Uretro- renoscope 6.0-7.5-9-10.2Fr;			
Yang Mengajukan		Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur
 (Rizky Dwi Ramadhani Amd. Kep)		 (Wulandari)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



**LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT**

