

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : —

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 30 Bulan Mei Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Indiko Plus (Clinical analyzer)
Merk/Type Alat	:	Indiko plus (Clinical analyzer)
Ruang/Unit	:	Laboratorium
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Motor syringe Macet 2. PM Kit harus di ganti karena tidak sesuai hasil
Analisa	:	1. Motor syringe indiko macet bisa di sebabkan karena motor kondisi sudah lemah dan harus di ganti karena dari pembelian 2021 blom pernah di ganti. 2. PM KiT Hasil dari clinical analyzer tidak sesuai PM Kit waktunya ganti dan di kalibrasi ulang sesuai setingan pabrik.
Perbaikan	:	1. Internal RS
Tanggapan Rumah Sakit	:	Pembelian th 2025

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 30 - 05 - 2026

Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Sulyanto AmdTekMed)	 (Wulandari)	 (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)

DOKUMENTASI

