





PENGAJUAN BARANG ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR: 302/RSPHS/I-PN/LAB/V/2026

Tanggal		28 Mei 2026			
Pengajuan Dari Unit*		Laboratorium			
Alasan Pengajuan		Penambahan coolbox BDRS			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Coolbox (8 Liter)	4 2	2	Di BDRS tidak ada temperature suhunya sehingga tidak standart SNI
	2.	-	-	-	-
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. nama alat : coolbox yang dilengkapi dengan temperature suhu didalamnya.			
3.	Penempatan alat**	1. nama alat : Coolbox BDRS			
4.	Merk/Tipe**	1. nama alat : Nesco type ACDC 2. nama alat : Nesco type HTLL1080 3. nama alat : Onemed Type HTLL 1080			
5.	Spesifikasi**	1. nama alat : Nesco type ACDC fungsi cold & hot Dengan material bahan PU + Aluminium + ABS Kapasitas (kosong) 12 Liter Voltase AC220, DC12V/DC24V Rate of power 60-70 watt Dimensi dalam 35.5 x 17.5 x 17.5 cm Dimensi luar 41.5 x 28 x 28 cm Maks. Suhu dingin -10°C Maks. Suhu panas 65°C Include kabel power (rumah) dan cigaret lighter (mobil) Lampu Merah/Hijau Untuk Status Menyala Panas/Dingin Dapat digunakan untuk vaksin, insulin, darah, makana 2. nama alat : Nesco Type : HTLL 1080 Ice Brick : 6 pcs size: 17x10x4 cm Outer Box : 34x21x23 cm Inner Box : 29x16x16.5cm Volume : 8 L Include : Digital Thermometer + Shoulder Belt + Aluminium Heat Preservation Lining 3. nama alat : Onemed Type HTLL 1080 Kapasitas kosong 8 liter Bahan utama menggunakan polythylene dan plastik Dilengkapi dengan 6pcs ice brick ukuran 17x104 cm Dimensi luar 34x21x23 cm			



	Dimensi dalam 29x16x16.5 cm Dilengkapi dengan termometer Dilengkapi dengan handle Berat produk 2.5 kg			
Yang Mengajukan  (Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	Mengetahui Kabid Jangmed  Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep	Mengetahui Kabid Yanmed  Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep.	Mengetahui Kabid Umum  Wulandari	Menyetujui Direktur  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Dibutuhkan sesuai standar SNI dgn temperatur yg terlampir				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO Sesuai standart pelayanan BPJS untuk Coolbox harus terdapat termometer suhu, dimana fungsinya untuk memastikan darah sampai di unit layanan apetti irna / Ika dalam suhu 2-8 °C, selama ini masih memiliki 2 dengan tanpa pengukur suhu				

*catatan barang yang diajukan di cek dulu apakah di SIMRS Pengajuan barang ada atau tidak, jika ada langsung diajukan melalui SIMRS

LAMPIRAN I DOKUMENTASI ALAT



Nesco type ACDC



Nesco Type : HTLL
1080



Onemed Type
HTLL 1080