



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : _____

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 06 Juni 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Bed Pasien
Merk/Type Alat	:	-
Ruang/Unit	:	IRNA 2A
Jumlah	:	1 pcs
Keluhan/Kendala	:	1. Penahan Putaran Besi yang dibawah Bed Patah
Analisa	:	1. Penahan putaran besi mengalami kerusakan/patah akibat penggunaan jangka panjang dan beban operasional sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai pengunci atau penahan putaran.
Perbaikan	:	1. Perbaikan dilakukan oleh Vendor
Tanggapan Rumah Sakit	:	Review cara penggunaan => SOP

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 06 Juni 2026

Teknisi,	Kabid Umum dan Keuangan,	Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
(Anang M)	(Wulandari)	(Ns. Nur Lailatul Farida, S.Kep)	(Ns. Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep, M.Kep)



DOKUMENTASI




PENGAJUAN PEKERJAAN UMUM RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR SURAT : _____

Tanggal	6 Juni 2026
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs
Alasan Pengajuan	Perbaikan memerlukan penanganan dan penggantian komponen oleh vendor karena membutuhkan suku cadang serta pekerjaan teknis yang tidak dapat dilakukan secara internal.

I.DATA BARANG DAN SUPLIER

1.	No	Nama Alat	Jumlah	Stok
	1.	Bed Pasien	1	0
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Sebagai tempat tidur pasien selama menjalani perawatan, pemeriksaan, dan pemulihan di ruang perawatan		
3.	Penempatan alat**	1. IPSRS		
4.	Merk/Tipe**	1. –		
5.	Spesifikasi**	1. Bed pasien manual dengan rangka besi, dilengkapi roda dan mekanisme pengatur posisi pasien		

Yang mengajukan,	Mengetahui Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
 (Anang Ma'ruf)	 Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	 Sisca Puspitasari, S.Kep., Ns	 Wulandari	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep

TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap