

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMASANGAN AKSES AV-FISTULA		
	No. Dokumen 128/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit: 3 Februari 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono,M.MRS
Pengertian	Melakukan tindakan insersi akses vaskular pada pasien yang telah dilakukan operasi AV-fistula (AVF) Operasi AVF merupakan operasi yang dilakukan untuk menggabungkan vena dan arteri guna memperbesar aliran darah	
Tujuan	Untuk tindakan hemodialisis yang aman, tepat, dan nyaman	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada tentang Pedoman Pelayanan Dialisis di Instalasi Hemodialisa 755/RSPHS/I-PER/DIR/VI/2024	
Prosedur	A. Persiapan alat dan bahan 1. HD pack 2. Fistula 16 G 3. NaCL 0,9% 4. Tourniquet 5. Betadine 6. Heparin B. Persiapan pasien dan petugas kesehatan 1. Perawat ucapkan salam dan memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga 2. Lakukan identifikasi pasien dengan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien dengan pertanyaan terbuka 3. Perawat lakukan identifikasi dialiser dengan mengecek identitas yang terpasang di dialiser dan mesin hemodialisis 4. Perawat jelaskan prosedur yang akan dilakukan 5. Atur posisi pasien senyaman mungkin 6. Perawat gunakan alat pelindung diri (APD) dan mencuci tangan 7. Perawat periksa tanda-tanda vital (TTV) pasien (jika sudah dilakukan saat persiapan pasien, maka tidak perlu dilakukan lagi) 8. Perawat kaji area kepatenan AVF dengan cara melakukan palpasi area yang akan diakses 9. Tentukan lokasi akses baik inlet maupun outlet dan usahakan jarak inlet dan outlet minimal 7 cm untuk menghindari resirkulasi darah 10. Siapkan plester sesuai kebutuhan	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PROSEDUR PEMASANGAN AKSES AV-FISTULA		
	No. Dokumen 128/RSPHS/I-SPO/DIR/II/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	C. Pemasangan akses AVF 1. Buka HD pack 2. Buka jarum AV fistula, spuit 3 cc, spuit 5 cc, spuit 20 cc (untuk AV fistula pastikan ujung AV fistula tetap steril) 3. Pakai sarung tangan steril 4. Isi spuit 3 cc dengan heparin sesuai kebutuhan 5. Isi spuit 5 cc dengan NaCL 0,9% 6. Isi spuit 20 cc dengan NaCL 0,9% dan heparin 7. Isi jarum AV fistula ke-1 dan ke-2 dengan Nacl menggunakan spuit 5 cc 8. Pasang duk steril 9. Pasang tourniquet 10. Desinfeksi area akses menggunakan betadine dengan cara memutar dari dalam keluar sebanyak 2x kemudian usap menggunakan kapas alkohol 11. Lakukan akses outlet, cek apakah aliran darah lancar 12. Fiksasi akses outlet dengan plester 13. Lakukan akses inlet dan cek apakah aliran darah lancar 14. Fiksasi akses inlet dan outlet 15. Lepaskan tourniquet 16. Rapikan alat 17. Lepaskan sarung tangan 18. Perawat melakukan cuci tangan		
Unit Terkait	Unit Dialisis		