

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT-SCAN PADA IBU HAMIL		
	No. Dokumen 289/RSPHS/I-SPO/DIR/III/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 14 Maret 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Pemeriksaan <i>Computed Tomography</i> (CT) adalah teknik pencitraan medis menggunakan sinar-X untuk memperoleh gambaran detail tubuh pasien. Pada pasien hamil, pemeriksaan ini harus dilakukan dengan pertimbangan khusus untuk mengurangi risiko paparan radiasi terhadap janin.	
Tujuan	1. Menyediakan panduan pemeriksaan CT bagi pasien hamil sesuai standar keselamatan radiasi. 2. Memastikan pemeriksaan dilakukan hanya jika manfaatnya lebih besar daripada risikonya. 3. Meminimalkan paparan radiasi terhadap janin dengan teknik dan alat pelindung yang tepat.	
Kebijakan	1. Peraturan Direktur Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi. 2. Harus ada informed consent dari pasien atau keluarga setelah mendapatkan penjelasan mengenai risiko dan manfaat pemeriksaan. 3. Pelaksanaan prosedur mengikuti pedoman keselamatan dari IAEA, BAPETEN, dan ICRP 84.	
Prosedur	A. Persiapan Alat : 1. CT-SCAN 2. APRON B. Persiapan Pasien dan Lingkungan 1. Pastikan indikasi medis pemeriksaan jelas. 2. Konfirmasi usia kehamilan dan berikan informed consent kepada pasien tentang risiko paparan radiasi terhadap janin. 3. Gunakan pelindung radiasi (apron Pb) pada area abdomen jika memungkinkan tanpa mengganggu akuisisi gambar. C. Pelaksanaan Pemeriksaan 1. Pastikan indikasi medis pemeriksaan jelas dan tidak dapat digantikan oleh modalitas lain. 2. Konfirmasi kehamilan melalui anamnesis atau tes jika diperlukan. 3. Berikan penjelasan kepada pasien tentang manfaat dan risiko paparan radiasi terhadap janin.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT-SCAN PADA IBU HAMIL		
	No. Dokumen 289/RSPHS/I-SPO/DIR/III/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	4. Pastikan pasien atau keluarga telah menandatangani informed consent. 5. Gunakan pelindung radiasi (apron Pb) pada area abdomen jika memungkinkan tanpa mengganggu akuisisi gambar. D. Keselamatan Radiasi Batas dosis janin yang direkomendasikan oleh ICRP 84 adalah tidak lebih dari 100 mGy, dengan upaya seminimal mungkin		
Unit Terkait	1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat jalan 4. Instalasi Rawat Inap		