

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN THORAX RONTGEN	
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	No. Dokumen 863/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 1 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Plt Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Prosedur pemeriksaan radiografi dada untuk menilai struktur paru, jantung, mediastinum, pleura dan dinding dada dengan menggunakan sinar-X secara konvensional atau digital.		
Tujuan	1. Menetapkan langkah pelaksanaan pemeriksaan thorax rontgen secara terstandar, aman dan akurat. 2. Menjamin mutu hasil pemeriksaan dan keselamatan pasien serta petugas. 3. Mendukung diagnosis klinis dengan gambar radiografi yang optimal.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Persiapan Pasien 1. Verifikasi identitas pasien. 2. Periksa permintaan pemeriksaan thorax rontgen, pastikan lengkap dan jelas. 3. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien dengan bahasa yang mudah dipahami. 4. Minta pasien melepaskan pakaian bagian atas, perhiasan dan benda logam dari dada dan leher. 5. Beri pakaian khusus radiologi jika diperlukan. 6. Pastikan pasien dalam kondisi stabil dan mampu berdiri atau berbaring sesuai kebutuhan pemeriksaan. 7. Periksa status kehamilan untuk pasien Wanita usia subur. B. Persiapan Alat 1. Nyalakan pesawat X-ray dan periksa fungsi, posisi detector, serta system dalam kondisi siap pakai. 2. Atur parameter eksposi sesuai protocol thorax. 3. Siapkan penanda sisi (R/L maker) dan alat pelindung radiasi bila diperlukan. 4. Pastikan ruang pemeriksaan dalam kondisi bersih, aman dan tidak ada orang lain yang tidak berkepentingan.		

5. Atur parameter eksposisi sesuai protocol BNO 3 posisi.
6. Siapkan kaset/ detector dalam kondisi bersih dan siap pakai.
7. Pasang pelindung gonad dan apron timbal sesuai kebutuhan keselamatan radiasi.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Posisi Posterior – Anterior (PA)

- a) Minta pasien berdiri menghadap bucky wall stand.
- b) Letakkan dagu pasien diatas penopang agar tidak menutupi apeks paru.
- c) Pastikan bahu pasien dalam posisi ke depan untuk membuka scapula dari lapangan paru.
- d) Atur tinggi bucky sehingga bidang detector sejajar dengan dasar paru.
- e) Instruksikan pasien menarik napas dalam dan menahan inspirasi penuh.
- f) Lakukan eksposi sesuai parameter standar.
- g) Pastikan gambar mencakup apeks paru hingga sudut kostofrenikus.

2. Posisi Laterl (Jika diminta)

- a) Posisikan pasien berdiri tegak dengan sisi kiri menempel pada bucky.
- b) Angkat kedua lengan ke atas kepala atau letakkan di atas kepala untuk membuka lapangan paru.
- c) Instruksikan pasien menarik napas dalam dan menahan inspirasi
- d) Lakukan eksposi.
- e) Pastikan gambar mencakup seluruh thorax dari anterior ke posterior.

3. Posisi Anteroposterior (AP) – Bila pasien tidak dapat berdiri.

- a) Posisikan pasien berbaring atau duduk dengan punggung menempel pada kaset/ detector.
- b) Pusatkan sinar ke midline thorax setinggi processus xiphoideus.
- c) Instruksikan pasien menarik napas dalam dan menahan inspirasi
- d) Lakukan eksposi sesuai parameter AP.

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN THORAX RONTGEN		
	No. Dokumen 863/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 3 / 3
	e) Catat posisi pemeriksaan pada rekam medis dan gambar D. Pasca Pemeriksaan 1. Bantu pasien untuk kembali ke posisi nyaman dengan aman. 2. Bersihkan area pemeriksaan dan lepaskan alat pelindung radiasi. 3. Dokumentasikan hasil pemeriksaan. 4. Kirim citra ke dokter radiologi untuk interpretasi dan pelaporan. 5. Serahkan hasil pemeriksaan kepada unit pengirim.		
Unit Terkait	Instalasi radiologi Instalasi Rawat Inap Instalasi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Intensive Care Unit NICU		