

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN CT-SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 346/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS		
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pembuatan citra/ gambar pada abdomen dengan menggunakan media kontras.			
Tujuan	1. Sebagai pedoman pelayanan CT-Scan Abdomen dengan kontras. 2. Memperlancar pelayanan selama pemeriksaan dilakukan. 3. Untuk menegakkan diagnosa.			
Kebijakan	1. PMK Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi di Sarana Pelayanan Kesehatan 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi			
	A. Persiapan Alat 1. Pastikan alat siap digunakan a. Pesawat CT-Scan (sudah di warm up ready). b. Workstation CT-Scan dan perangkat computer terakit. c. Injector pump d. Alat pelindung diri (bila diperlukan) e. Apron f. Fiksasi. 2. Pastikan bahan medis sudah tersedia a. Kontas 100 ml (atau sesuai dengan dosis yang dibutuhkan) b. Threeway c. Spuit 1 cc (1 pcs) d. Spuit 3 cc (1 pcs) e. Spuit 10 cc (1 pcs) f. Alkohol swab (2 pcs) g. Injeksi Dexamethason h. Abocath minimal no 20 untuk dewasa dan no 24 untuk anak – anak (sudah terpasang di pembuluh darah vena perifer) i. Folley Catheter j. Urin bag			

B. Persiapan Pasien

1. Cek kelengkapan hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil lab Faal Ginjal (Ureum dan Kreatinin) dalam batas normal (Ureum : 10-50 mg/dL, Kreatinin : P : 0,5-0,9 mg/dL ; L : 0,6-1,1 mg/dL)
2. Informasikan prosedur tindakan kepada pasien dan atau keluarga
 - a. Puasa minimal 4-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
 - b. Urus – urus
 - Fleet enema
 - Hanya boleh makan bubur kecap minimal 8 jam sebelum tindakan dilakukan.
3. Pastikan Inform Consent sudah terisi lengkap
4. Pasang Abocath minimal nomor 20 untuk dewasa dan 24 untuk anak - anak
 - a. Pasien dari poli dan IGD dipasang oleh perawat IGD
 - b. Pasien dari ruang perawatan dipasang oleh perawat ruang masing - masing.
5. Pastikan akses vena lancer, tidak ada sumbatan dan tidak plebhitis.
6. Pasien anak – anak
 - a. Pastikan pasien kooperatif
 - b. Pasien anak yang tidak kooperatif, koordinasikan dan komunikasikan untuk konsul dengan dokter Spesialis Anestesi (bila diperlukan).
7. Lepaskan semua benda logam atau radiopaque pada daerah yang tampak pada foto.

C. Persiapan Petugas

1. Lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan prosedur.
2. Perkenalkan diri petugas kepada pasien atau keluarga pasien.
3. Lakukan identifikasi pasien sesuai dengan prosedur.
4. Krosecek kembali form permintaan pemeriksaan Radiologi, pastikan terisi dengan lengkap sesuai permintaan yang dikehendaki oleh DPJP.
5. Lakukan konfirmasi kepada DPJP jika form permintaan kurang jelas.

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT-SCAN ABDOMEN DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen 346/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	D. Pelaksanaan Tindakan 1. Lakukan test alergi dahulu untuk mengecek respon alergi terhadap obat kontras 2. Posisikan pasien supine dengan kedua tangan ditaruh diatas kepala 3. Atur batas bawah simphisis pubis dan batas atas hemidiafragma 4. Pilih feet first lalu klik 5. Pilih protocol abdomen contrast lalu klik 6. Klik tombol GO berwarna hijau. 7. Tekan tombol tangan pada consule. 8. Lakukan topogram sesuai kebutuhan. 9. Ikuti series yang ada dalam protocol abdomen kontras. 10. Menentukan locator dan tracker pada aorta abdominalis. 11. Klik GO berwarna hijau. 12. Tekan ENABLE pada consule sampai menaja berhenti 13. Pilih protocol abdomen pada consule injector 14. Klik Yes untuk menyesuaikan volume dan flow rate 15. Klik Yes apabila udara telah dikeluarkan pada tubing conector. 16. Lakukan rekonstruksi gambar hasil scanning. 17. Atur jumlah gambar irisan (slice thickness) 18. Edit gambar pada filming sesuai kebutuhan. 19. Atur jumlah gambar hasil scanning 20. Klik print gambar untuk dicetak pada film. 21. Untuk mengakhiri pemeriksaan Radiografer menekan End Exam. 22. Untuk permintaan CT-Scan Ulang, sertakan hasil pemeriksaan sebelumnya. 23. Rapiakan pasien dan alat – alat setelah digunakan. 24. Lepaskan alat pelindung diri (bila digunakan) 25. Lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai prosedur.		
Unit Terkait	1. Instalasi gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		