

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT-SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen 347/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 15 April 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS	
Pengertian	Prosedur tentang tata cara pembuatan citra/ gambar pada brain dengan menggunakan media kontras.		
Tujuan	1. Sebagai pedoman pelayanan CT-Scan Kepala dengan kontras. 2. Memperlancar pelayanan selama pemeriksaan dilakukan. 3. Untuk menegakkan diagnosa.		
Kebijakan	1. PMK Nomor 1014 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi di Sarana Pelayanan Kesehatan 2. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 522/RSPHS/I-PER/DIR/II/2022 tentang Pedoman Pelayanan Radiologi		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Pastikan alat siap digunakan a. Pesawat CT-Scan (sudah di warm up ready). b. Workstation CT-Scan dan perangkat computer terakit. c. Injector pump d. Alat pelindung diri (bila diperlukan) e. Apron f. Fiksasi. 2. Pastikan bahan medis sudah tersedia a. Kontas 50 ml (atau sesuai dengan dosis yang dibutuhkan) b. Threeway c. Spuit 1 cc (1 pcs) d. Spuit 3 cc (1 pcs) e. Spuit 10 cc (1 pcs) f. Alkohol swab (2 pcs) g. Injeksi Dexamethason h. Abocath minimal no 20 untuk dewasa dan no 24 untuk anak – anak (sudah terpasang di pembuluh darah vena perifer)		

B. Persiapan Pasien

1. Cek kelengkapan hasil pemeriksaan laboratorium dengan hasil lab Faal Ginjal (Ureum dan Kreatinin) dalam batas normal (Ureum : 10-50 mg/dL, Kreatinin : P : 0,5-0,9 mg/dL ; L : 0,6-1,1 mg/dL)
2. Informasikan prosedur tindakan kepada pasien dan atau keluarga
3. Pastikan Inform Consent sudah terisi lengkap
4. Pasang Abocath minimal nomor 20 untuk dewasa dan 24 untuk anak - anak
 - a. Pasien dari poli dan IGD dipasang oleh perawat IGD
 - b. Pasien dari ruang perawatan dipasang oleh perawat ruang masing - masing.
5. Pastikan akses vena lancer, tidak ada sumbatan dan tidak plebhitis.
6. Pasien anak – anak
 - a. Pastikan pasien kooperatif
 - b. Pasien anak yang tidak kooperatif, koordinasikan dan komunikasikan untuk konsul dengan dokter Spesialis Anestesi (bila diperlukan).
7. Lepaskan semua benda logam atau radiopaque pada daerah yang tampak pada foto.

C. Persiapan Petugas

1. Lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai dengan prosedur.
2. Perkenalkan diri petugas kepada pasien atau keluarga pasien.
3. Lakukan identifikasi pasien sesuai dengan prosedur.
4. Kroscek kembali form permintaan pemeriksaan Radiologi, pastikan terisi dengan lengkap sesuai permintaan yang dikehendaki oleh DPJP.
5. Lakukan konfirmasi kepada DPJP jika form permintaan kurang jelas.

D. Pelaksanaan Tindakan

1. Lakukan test alergi dahulu untuk mengecek respon alergi terhadap obat kontras.
2. Jika tidak ada reaksi alergi, lakukan CT-Scan pre kontras (non kontras)
3. Klik Scan lanjutan, posisi meja meja boleh keluar tetapi tidak boleh dinaik turunkan.

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT-SCAN KEPALA DENGAN KONTRAS		
	No. Dokumen 347/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2025	No. Revisi 01	Halaman 3 / 3
	4. Atur posisi start dan post di computer sama dengan posisi saat melakukan pre kontras, kemudian klik enter. 5. Klik confirm lalu klik OK 6. Lakukan injeksi pada pasien dengan cara manual sampai kontras habis. 7. Lakukan foto CT-Scan 8. Klik stop rotate setelah Scan selesai. 9. Buat potongan axial dari OM line/Reids base line sampai vertek, tebal irisan 5 mm infratentorial atau semua rata 7 mm. 10. Proses cetak hasil scanning ke film sesuai identitas pasien dan proyeksi scanning 11. Lakukan identifikasi ulang sebelum melakukan proses cetak film. 12. Komunikasikan kepada Dokter Spesialis Radiologi bahwa hasil sudah dicetak dan siap dibaca oleh dokter yang bersangkutan. 13. Untuk permintaan CT-Scan Ulang, sertakan hasil pemeriksaan sebelumnya. 14. Rapihan pasien dan alat – alat setelah digunakan. 15. Lepaskan alat pelindung diri (bila digunakan) 16. Lakukan cuci tangan 6 langkah sesuai prosedur.		
Unit Terkait	1. Instalasi gawat Darurat 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap		