

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PENGUNAAN ALAT PROTEKSI RADIASI		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 1110/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep		
	Pengertian	Penggunaan alat proteksi radiasi adalah tindakan pemakaian alat pelindung khusus yang dirancang untuk mengurangi paparan radiasi pengion terhadap pasien, petugas, dan lingkungan selama pelaksanaan pelayanan radiologi.		
	Tujuan	1. Melindungi pasien, petugas, dan pengunjung dari paparan radiasi berlebih. 2. Mengendalikan dosis radiasi sesuai prinsip keselamatan radiasi (ALARA). 3. Mencegah terjadinya efek biologis akibat paparan radiasi. 4. Memenuhi standar keselamatan pasien dan keselamatan kerja sesuai akreditasi rumah sakit.		
	Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 2. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 8 Tahun 2011 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Diagnostik dan Intervensial. 3. Peraturan Kepala BAPETEN Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir. 4. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
	Prosedur	A. Persiapan Penggunaan 1. Pastikan seluruh alat proteksi radiasi tersedia dan dalam kondisi baik sebelum digunakan 2. Gunakan alat proteksi radiasi sesuai jenis pemeriksaan dan potensi paparan radiasi. 3. Pastikan alat proteksi telah melalui pemeriksaan kelayakan dan tidak mengalami kerusakan B. Penggunaan oleh Petugas 1. Gunakan apron timbal (lead apron) saat berada di area paparan radiasi.		

PENGUNAAN ALAT PROTEKSI RADIASI

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
1110/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

2. Gunakan pelindung tiroid (thyroid shield) saat melakukan pemeriksaan dengan risiko paparan pada leher.
 3. Gunakan pelindung gonad dan pelindung mata apabila diperlukan sesuai jenis pemeriksaan.
 4. Gunakan dosimeter radiasi pribadi selama bertugas di area radiasi.
 5. Patuhi jarak aman dan posisi terlindung selama paparan radiasi berlangsung
- C. Penggunaan pada Pasien
1. Pasangkan alat proteksi radiasi pada pasien sesuai area tubuh yang tidak menjadi objek pemeriksaan.
 2. Pastikan alat proteksi terpasang dengan benar dan tidak mengganggu hasil pemeriksaan.
 3. Berikan penjelasan singkat kepada pasien tentang penggunaan alat proteksi radiasi
- D. Penggunaan pada Pendamping Pasien
1. Batasi pendamping pasien yang berada di ruang pemeriksaan radiologi.
 2. Wajibkan pendamping menggunakan alat proteksi radiasi apabila harus berada di ruang pemeriksaan.
 3. Larang pendamping yang sedang hamil untuk berada di area paparan radiasi
- E. Setelah Penggunaan
1. Lepaskan alat proteksi radiasi dengan hati-hati setelah pemeriksaan selesai.
 2. Bersihkan dan simpan alat proteksi radiasi di tempat yang telah ditentukan.
 3. Laporkan segera apabila ditemukan kerusakan atau penurunan fungsi alat proteksi

Unit Terkait

Instalasi Radiologi