

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN CT SCAN KEPALA NON KONTRAS		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 1114/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	CT Scan Kepala Non Kontras Adalah pemeriksaan radiologi menggunakan Computed Tomography (CT Scan) pada area kepala tanpa pemberian bahan kontras, yang bertujuan untuk menilai struktur otak, tulang tengkorak, sinus dan jaringan sekitarnya guna mendeteksi adanya kelainan.			
Tujuan	1. Memastikan pemeriksaan CT Scan kepala non kontras dilakukan aman, tepat dan sesuai indikasi klinis. 2. Mendapatkan hasil citra dengan kualitas optimal untuk membantu diagnosis dokter. 3. Menjamin keselamatan pasien dan petugas terhadap paparan radiasi sesuai prinsip ALARA (<i>As Low As Reasonably Achievable</i>).			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.			
Prosedur	A. Persiapan Pasien 1. Verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas (nama dan tanggal lahir). 2. Verifikasi formulir permintaan pemeriksaan CT Scan Kepala non kontras dari dokter pengirim. 3. Jelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien dan/atau keluarga . 4. Pastikan pasien tidak mengenakan benda logam seperti anting, kalung, gigi palsu lepasan atau kacamata. 5. Pastikan pasien tidak memiliki alat medis implant aktif (misalnya pacemaker atau shunt logam) 6. Tanyakan riwayat trauma kepala, pusing atau mual sebelum pemeriksaan. 7. Pastikan pasien dalam kondisi tenang dan stabil. B. Persiapan Alat 1. Hidupkan CT Scan sesuai SPO pengoperasian alat. 2. Lakukan self-check system untuk memastikan alat berfungsi normal.			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT SCAN KEPALA NON KONTRAS		
	No. Dokumen 1114/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	3. Pilih protocol pemeriksaan kepala non kontras pada system CT. 4. Atur parameter teknis. 5. Pastikan koneksi dengan PACS dalam kondisi aktif. C. Pelaksanaan Pemeriksaan 1. Bantu pasien berbaring terlentang (supine) di meja pemeriksaan. 2. Posisikan kepala pasien tepat di Tengah gantry dan sejajar dengan garis tengah tubuh. 3. Pasang head holder atau penyangga kepala untuk mencegah pergerakan. 4. Pastikan pasien dalam kondisi nyaman dan stabil sebelum scanning dimuali. 5. Instruksikan pasien untuk diam dan tidak bergerak Selama pemeriksaan. 6. Lakukan scot view (topogram) dari vertex hingga foramen magnum. 7. Tentukan range area scan sesuai indikasi 8. Jalankan pemeriksaan axial non kontras. 9. Pantau hasil citra di monitor, ulang bagian yang buram akibat pergerakan, bila perlu. 10. Setelah selesai, turunkan meja pemeriksaan dan bantu pasien. D. Pasca Pemeriksaan 1. Bantu pasien untuk kembali ke posisi nyaman dengan aman. 2. Bersihkan area pemeriksaan dan lepaskan alat pelindung radiasi. 3. Dokumentasikan hasil pemeriksaan. 4. Kirim citra ke dokter radiologi untuk interpretasi dan pelaporan. 5. Input hasil pemeriksaan ke dalam SIMRS. 6. Serahkan hasil pemeriksaan kepada unit pengirim.		
Unit Terkait	Instalasi radiologi Instalasi Rawat Inap Instalsi Rawat Jalan Instalasi Gawat Darurat Intensive Care Unit NICU		