

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN CT SCAN THORAX TANPA KONTRAS		
	No. Dokumen 1118/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	CT Scan Thorax tanpa kontras adalah pemeriksaan radiologi menggunakan teknologi Computed Tomography (CT) untuk menghasilkan citra potongan melintang organ dan struktur di rongga dada (thorax) seperti paru – paru, jantung, pembuluh darah besar, mediastinum dan dinding dada.		
Tujuan	1. Menilai struktur anatomi dan kelainan pada paru, pleura dan mediastinum. 2. Mendeteksi adanya infeksi, massa, efusi pleura, atau kelainan lain di thorax. 3. Memberikan data diagnostic akurat kepada dokter penanggung jawab pasien. 4. Menjamin pelaksanaan pemeriksaan radiologi dilakukan secara aman, efektif, efisien, serta sesuai prinsip keselamatan pasien dan keselamatan radiologi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Persiapan 1. Verifikasi permintaan pemeriksaan (identitas pasien, indikasi klinis, jenis pemeriksaan). 2. Identifikasi pasien dengan dua identitas (nama lengkap dan tanggal lahir) sesuai standar keselamatan pasien. 3. Jelaskan prosedur pemeriksaan kepada pasien atau keluarga dan mintakan informed consent. 4. Pastikan pasien melepaskan benda logam di area dada (kalung, bros, kancing logam) 5. Pastikan pasien tidak menggunakan pakaian dengan logam. 6. Pastikan kondisi pasien stabil dan siap dilakukan pemeriksaan. B. Pelaksanaan Pemeriksaan 1. Posisikan pasien supine (terlentang) di meja CT Scan dengan kepala di head rest.		

PEMERIKSAAN CT SCAN THORAX TANPA KONTRAS

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
1118/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

2. Kedua lengan pasien diletakkan diatas kepala untuk menghindari artefak.
3. Atur posisi tubuh pasien tepat di Tengah (midline) gantry CT.
4. Lakukan scout view (topogram) dari dasar leher sampai diafragma.
5. Tentukan area pemindaian dari apkes paru sampai dasar diafragma.
6. Atur parameter sesuai protocol radiologi.
7. Instruksikan pasien untuk menahan napas saat pemindaian guna menghindari artefak Gerak.
8. Jalankan proses scanning sesuai instruksi sitem.
9. Evaluasi hasil gambar, pastikan tidak ada artefak, blur atau kesalahan posisi
10. Simpan hasil ke system.
11. Akhiri pemeriksaan, tekan **End Exam**.

C. Pasca Pemeriksaan

1. Bantu pasien pindah dari meja CT dengan hati – hati.
2. Pastikan pasien dalam kondisi baik dan nyaman.
3. Bersihkan area pemeriksaan sesuai prosedur PPI.
4. Dokumentasikan hasil pemeriksaan dalam system Radiologi.
5. Cetak hasil CT Scan
6. Interpretasikan hasil oleh dokter radiologi dan input hasil dalam SIMRS.
7. Kirim hasil ke unit peminta dan lakukan serah terima tertulis.

Unit Terkait

Instalasi Radiologi
Instalasi Rawat Inap
Intalasi Rawat Jalan
Instalasi Gawat Darurat
Intensive Care Unit