

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN X-RAY EKSTREMITAS		
	No. Dokumen 1119/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep	
Pengertian	Pemeriksaan X-Ray ekstremitas Adalah pemeriksaan radiografi pada anggota Gerak atas atau bawah (tulang dan sendi) menggunakan sinar-X untuk membantu diagnosis kondisi fraktur, dislokasi, infeksi tulang, kelainan degenerative, maupun kelainan musculoskeletal lainnya.		
Tujuan	1. Menetapkan langkah pemeriksaan X-Ray ekstremitas yang aman, akurat dan sesuai standar. 2. Memberikan panduan kepada petugas radiologi dalam pelaksanaan pemeriksaan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan petugas. 3. Menjamin mutu hasil radiografi ekstremitas dan memenuhi ketentuan perundang – undangan serta standar akreditasi.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.		
Prosedur	A. Persiapan Pasien 1. Terima form permintaan pemeriksaan dari dokter pengirim dan verifikasi kelengkapan identitas pasien. 2. Verifikasi identitas pasien dengan menyebutkan nama lengkap, tanggal lahir dan kecocokan gelang identitas. 3. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien dan/atau keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami. 4. Pastikan pasien telah melepas perhiasan, jam tangan, cincin atau logam diarea ekstremitas yang akan diperiksa. 5. Pastikan pasien berada dalam kondisi stabil sebelum pemeriksaan dimulai. B. Persiapan Alat dan Posisi 1. Siapkan pesawat sinar-X dan panel/ detector sesuai area ekstremitas yang akan difoto. 2. Atur posisi pasien sesuai area pemeriksaan : a) Ekstremitas atas : AP/PA, lateral atau oblique sesuai indikasi.		

PEMERIKSAAN X-RAY EKSTREMITAS

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
1119/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

b) Ekstremitas bawah : AP/PA, lateral atau posisi khusus sesuai indikasi

3. Pasang marker (L atau R) dengan benar dan jelas pada posisi anatomis yang sesuai
4. Atur SID sesuai protocol
5. Pastikan kolimasi tepat hanya pada area yang diperlukan untuk mengurangi dosis radiasi.

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

1. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama eksposi.
2. Sesuaikan factor Teknik sesuai jenis ekstremitas dan ketebalan jaringan.
3. Aktifkan eksposi sinar-X sesuai SOP dan pastikan petugas berada dibalik pelindung radiasi atau menggunakan dosimeter.
4. Lakukan pengambilan citra sesuai indikasi klinis
5. Ulangi eksposi hanya bila hasil citra tidak memenuhi standar diagnostic, dengan tetap memperhatikan proteksi radiasi.

D. Pasca Pemeriksaan

1. Evaluasi hasil citra (image quality) secara langsung pada monitor ; ketajaman, kontras, posisi dan penandaan
2. Simpan citra dalam system dan beri label identitas pasien dengan benar.
3. Informasikan kepada pasien bahwa hasil akan dikirim ke unit atau DPJP atau dicetak sesuai prosedur rumah sakit.
4. Kembalikan pasien ke ruang perawatan atau ruang tunggu dengan aman.
5. Bersihkan dan kembalikan peralatan ke posisi semula setelah pemeriksaan.

Unit Terkait

Instalasi radiologi
Instalasi Rawat Inap
Instansi Rawat Jalan
Instalasi Gawat Darurat
Intensive Care Unit
NICU