

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN FOTO CRURIS ANTERIOR POSTERIOR (AP)		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 1123/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep		
Pengertian	Pemeriksaan foto cruris anterior–posterior (AP) adalah pemeriksaan radiografi pada tungkai bawah (tibia dan fibula) dengan arah sinar dari anterior ke posterior untuk menilai kondisi tulang, keselarasan, dan adanya kelainan patologis pada regio cruris.			
Tujuan	1. Menghasilkan gambaran tibia dan fibula secara optimal. 2. Mendukung penegakan diagnosis medis. 3. Menjamin keselamatan pasien dan petugas dari risiko paparan radiasi. 4. Menyeragamkan tata laksana pemeriksaan sesuai standar akreditasi dan peraturan perundangan.			
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.			
Prosedur	A. Persiapan Pasien 1. Verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas. 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. 3. Periksa kelengkapan dan kesesuaian permintaan pemeriksaan radiologi. 4. Tanyakan kemungkinan kehamilan pada pasien perempuan usia subur. 5. Minta pasien melepas benda logam atau pakaian yang menutupi area cruris. 6. Pasang apron pelindung timbal pada bagian tubuh yang tidak diperiksa bila diperlukan			

PEMERIKSAAN FOTO CRURIS ANTERIOR POSTERIOR (AP)

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

No. Dokumen
1123/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

No. Revisi
00

Halaman
2 / 2

B. Persiapan Alat

1. Nyalakan pesawat sinar-X dan pastikan alat berfungsi dengan baik.
2. Siapkan kaset/detektor digital sesuai ukuran standar.
3. Atur faktor eksposi sesuai protokol pemeriksaan cruris AP.
4. Pastikan alat pelindung diri radiasi tersedia dan digunakan sesuai ketentuan.

C. Teknik Pemeriksaan

1. Posisikan pasien berbaring telentang di atas meja pemeriksaan.
2. Luruskan tungkai bawah yang akan diperiksa dan pastikan tidak terjadi rotasi.
3. Posisikan telapak kaki menghadap ke atas.
4. Letakkan kaset/detektor di bawah regio cruris yang diperiksa.
5. Arahkan sinar pusat tegak lurus ke pertengahan cruris.
6. Lakukan kolimasi untuk mencakup sendi lutut dan pergelangan kaki.
7. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama penyinaran.
8. Lakukan eksposi sesuai prinsip keselamatan radiasi

D. Pasca Pemeriksaan

1. Evaluasi kualitas citra hasil pemeriksaan.
2. Ulangi pemeriksaan bila hasil tidak memenuhi kriteria diagnostik.
3. Simpan dan kirim hasil pemeriksaan melalui sistem informasi radiologi (RIS/PACS).
4. Dokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan pada rekam medis.
5. Informasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai

Unit Terkait

Instalasi Radiologi