

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		PEMERIKSAAN FOTO CRURIS LATERAL		
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA		No. Dokumen 1124/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 30 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep		
Pengertian	Pemeriksaan foto cruris lateral adalah pemeriksaan radiografi pada tungkai bawah (tibia dan fibula) dengan posisi samping (lateral) untuk menilai hubungan antar tulang, kontur korteks, dan kelainan patologis pada regio cruris.			
Tujuan	1. Menghasilkan gambaran tibia dan fibula secara lateral secara optimal. 2. Mendukung penegakan diagnosis medis. 3. Menjamin keselamatan pasien dan petugas dari risiko paparan radiasi. 4. Menyeragamkan tata laksana pemeriksaan sesuai standar akreditasi dan peraturan perundangan.			
Kebijakan	1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perlindungan Radiasi dalam Penggunaan Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional. 3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo Nomor 636.1/RSPHP/I-PER/DIR/VIII/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Radiologi.			
Prosedur	A. Persiapan Pasien 1. Verifikasi identitas pasien menggunakan minimal dua identitas. 2. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan kepada pasien. 3. Periksa kelengkapan dan kesesuaian permintaan pemeriksaan radiologi. 4. Tanyakan kemungkinan kehamilan pada pasien perempuan usia subur. 5. Minta pasien melepas benda logam atau pakaian yang menutupi area cruris. 6. Pasang apron pelindung timbal pada bagian tubuh yang tidak diperiksa bila diperlukan			

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN FOTO CRURIS LATERAL		
	No. Dokumen 1124/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 2 / 2
	B. Persiapan Alat 1. Nyalakan pesawat sinar-X dan pastikan alat berfungsi dengan baik. 2. Siapkan kaset/detektor digital sesuai ukuran standar. 3. Atur faktor eksposi sesuai protokol pemeriksaan cruris lateral. 4. Pastikan alat pelindung diri radiasi tersedia dan digunakan sesuai ketentuan. C. Teknik Pemeriksaan 1. Posisikan pasien berbaring miring pada sisi yang akan diperiksa. 2. Tekuk tungkai yang tidak diperiksa dan posisikan ke belakang untuk menghindari superposisi. 3. Luruskan tungkai yang diperiksa dan pastikan posisi benar-benar lateral. 4. Posisikan telapak kaki membentuk sudut 90° terhadap tungkai. 5. Letakkan kaset/detektor di bawah regio cruris yang diperiksa. 6. Arahkan sinar pusat tegak lurus ke pertengahan cruris. 7. Lakukan kolimasi untuk mencakup sendi lutut dan pergelangan kaki. 8. Instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama penyinaran. 9. Lakukan eksposi sesuai prinsip keselamatan radiasi D. Pasca Pemeriksaan 1. Evaluasi kualitas citra hasil pemeriksaan. 2. Ulangi pemeriksaan bila hasil tidak memenuhi kriteria diagnostik. 3. Simpan dan kirim hasil pemeriksaan melalui sistem informasi radiologi (RIS/PACS). 4. Dokumentasikan pelaksanaan pemeriksaan pada rekam medis. 5. Informasikan kepada pasien bahwa pemeriksaan telah selesai		
Unit Terkait	Instalasi Radiologi		