

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	RECALL PERALATAN MEDIS		
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	949.7/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	00	1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.M.Kep	
Pengertian	Recall Peralatan Medis adalah penarikan peralatan medis akibat secara fisik alat kesehatan tidak dapat digunakan karena rusak dan tidak ekonomis bila diperbaiki, atau secara teknis tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi, atau peralatan medis telah melampaui batas usia teknis/kadaluarsa.		
Tujuan	Untuk penarikan kembali peralatan medis agar tidak membahayakan pasien dan user peralatan medis.		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 053.1/RSPHS/I-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan		
Prosedur	Proses perbaikan tanpa spare part, atau accesoris dan dapat di lakukan oleh IPSRS bagian Medis (ATEM). a. Petugas Unit Telpon dan input billing SIM IPSRS dan laporkan bahwa terdapat peralatan medis diruangan yang rusak (Petugas Unit). b. ATEM 1. Terima laporan bahwa peralatan medis mengalami kerusakan. 2. Cek ke unit/ruangan untuk memastikan bahwa alat tersebut benar-benar rusak. 3. Catat dan membuat berita acara kerusakan sementara,dan menjelaskan kepada petugas ruangan / user (ATEM). 4. Apabila peralatan medis benar-benar rusak, bawa peralatan medis IPSRS untuk di cek lebih lanjut. Apabila ada salah komponen atau unit, laporkan kepada kepala IPSRS untuk proses perbaikan lanjutan. 5. Lanjutkan perbaikan apabila bahan aksesoris dan komponen dan peralatan tersedia di IPSRS. 6. Lakukan serah terima perbaikan kepada vendor terkait		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RECALL PERALATAN MEDIS

No. Dokumen

949.7/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025

No. Revisi

00

Halaman

2 / 2

jika dibutuhkan alat *spare part* atau keahlian khusus dalam upaya perbaikan dengan diketahui oleh bagian Pengadaan dan Kabid terkait.

7. Berikan label merah sebagai tanda alat Rusak Berat (RB), apabila alat tersebut tidak bisa diperbaiki.
8. Usulkan dan rekomendasikan agar alat tersebut masuk kedalam data *bad stock* Rumah Sakit.
9. Pembuatan berita acara penerimaan barang dari bagian keuangan dan IPSRS terkait data *bad stock* Rumah Sakit.
10. Catat ke dalam data inventarisasi Rumah Sakit (Bagian Keuangan/Pengadaan).
11. Tarik peralatan medis tersebut dan taruh digudang *bad stock* Rumah Sakit (Bagian Keuangan/ Pengadaan).

Unit Terkait

1. IPSRS
2. Unit Pelayanan Medis
3. Unit Penunjang Medis
4. Keuangan Rumah Sakit
5. Gudang Farmasi / Peralatan Medis.