

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENARIKAN KEMBALI PRODUK ATAU PERALATAN IMPLAN		
	No. Dokumen 935.46/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,M.Kep
Pengertian	Tindakan untuk melakukan penarikan produk atau peralatan yang sering digunakan dikamar operasi yaitu implan agar tidak terjadi cidera pada pengguna / pasien dan mengganggu pelayanan dan mutu RS.	
Tujuan	1. Mengetahui proses dan alur penarikan kembali produk yang seragam dan terintegrasi. 2. Mengutamakan <i>patient safety</i> dan mutu pelayanan RS	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 037.1/RSPHS/E-PER/DIR/I/2025 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Kamar Operasi.	
Prosedur	1. Langkah penarikan kembali peralatan / fasilitas yang tidak aman meliputi : a. Peralatan yang cacat produksi dari perusahaan b. Peralatan yang tidak lulus uji kalibrasi c. Peralatan yang dikirim tidak sesuai spesifikasi alat 2. Prosedur penarikan kembali dilakukan oleh : a. IFRS melaporkan kepada IKO tentang penarikan kembali implan b. Jika alat yang dilakukan penarikan adalah implan dan sedang digunakan pasien, maka lakukan telusur pada rekapan alat beserta no code implan yang digunakan jika perlu cek dalam rekam medis pasien. c. Hubungi nomer telephon yang tersedia, lalu atur pertemuan dengan pasien / keluarga. Lakukan diskusi bersama dengan DPJP dan MOD untuk dilakukan pengambilan alat implan pada pasien. d. Tulis dalam form penarikan alat jika sudah selesai lalu lapor pada IFRS. e. IFRS melaporkan kepada direktur RS. f. Direktur membuat surat kepada distributor agar peralatan ditarik dan digantu dengan alat implan yang baru dan aman.	
Unit Terkait	Instalasi Farmasi Rumah Sakit	