

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI PERALATAN (DTT) DI RUANGAN		
	No. Dokumen 935.61/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra W., S.Kep., M.Kep.
Pengertian	1. Pencucian adalah menghilangkan sebagian besar mikroorganisme pada peralatan/perengkapan yang kotor atau yang sudah digunakan. 2. Bacteriostasis: Menghambat pertumbuhan bakteri. 3. Dekontaminasi: adalah proses penghapusan kontaminasi mikroorganisme patogen pada benda dengan proses sterilisasi atau desinfeksi.	
Tujuan	Memproses Alat Bekas Pakai (Tindakan Pencegahan Infeksi) 1. Dekontaminasi 2. Cuci dan Bilas 3. Desinfeksi tingkat tinggi atau sterilisasi	
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 449.5/RSPHS/I-PER/DIR/III/2022 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	
Prosedur	Persiapan alat 1. Sarung tangan karet yang tebal atau sarung tangan rumah tangga dari lateks. 2. Sikat (boleh menggunakan sikat gigi). 3. Tabung suntik (minimal ukuran 10 ml: untuk kateter termasuk kateter penghisap lendir). 4. Wadah plastik atau baja anti-karat (stainless steel) 5. Air bersih 6. Sabun atau deterjen Pelaksanaan prosedur: 1. Pakai sarung tangan karet yang tebal pada kedua tangan. 2. Ambil peralatan bekas pakai yang sudah didekontaminasi(hati-hati bila memegang peralatan yang tajam, seperti gunting dan jarum jahit). 3. Agar tidak merusak benda-benda yang terbuat dari plastik atau karet, jangan dicuci secara bersamaan dengan peralatan dari logam 4. Cuci setiap benda tajam secara terpisah dan hati-hati: a. Gunakan sikat dengan air dan sabun untuk menghilangkan sisa darah dan kotoran. b. Buka engsel gunting dan klem. c. Sikat dengan seksama terutama di bagian sambungan dan sudut peralatan. d. Pastikan tidak ada sisa darah dan kotoran yang tertinggal pada peralatan.	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMBERSIHAN DAN DISINFEKSI PERALATAN (DTT) DI RUANGAN		
	No. Dokumen 935.61/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	e. Cuci setiap benda sedikitnya kali (atau lebih jika perlu) dengan air dan sabun atau deterjen. f. Bilas benda-benda tersebut dengan air bersih. 5. Ulangi prosedur tersebut pada benda-benda lain. 6. Tempatkan peralatan dalam wadah yang bersih dan biarkan kering sebelum memulai proses DTT. 7. Peralatan yang akan didisinfeksi tingkat tinggi dengan dikukus atau direbus, atau disterilisasi di dalam otoklaf atau oven panas kering, tidak perlu dikeringkan dulu sebelum proses DTT atau sterilisasi dimulai. 8. Selagi masih memakai sarung tangan, cuci sarung tangan dengan air dan sabun, kemudian bilas dengan seksama menggunakan air bersih. 9. Gantungkan sarung tangan dan biarkan kering dengan cara diangin-anginkan.		
Unit Terkait	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Pusat Sterilisasi 3. Komite PPI		