

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENGELOLAAN LIMBAH CAIR UNIT HEMODIALISA		
	No. Dokumen 935.76/RSPHS/I-SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi	Halaman 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep	
Pengertian	Pengolahan limbah cair infeksius dan non infeksius yang dihasilkan dari unit hemodialisa (mesin hemodialisa, spoolhoek dan toilet) menuju instalasi pengolahan air limbah (IPAL)		
Tujuan	Untuk mengolah limbah cair infeksius dan non infeksius dari kegiatan unit hemodialisa		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 1143/RSPHS/I-PER/DIR/XII/2025 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
Prosedur	Alur pengolahan air limbah 1. Limbah cair dari ruang hemodialisa dialirkan langsung ke grease trap tank lalu ke primary tank 2. Dari primary tank dialirkan dan ditampung ke equalization tank 3. Dari equilization tank dialirkan dan ditampung ke clarifier tank atau bak pengendapan untuk memihsakna endapan dan cairan 4. Endapan berupa sludge dialirkan ke sludge tank sedangkan cairan limbah dialirkan ke biodetox tank 5. Sludge diaduk lalu disaring ke bak pasir dan di recycle ke primary tank 6. Air limbah di biodetox tank diuraikan oleh bakteri dengan hembusan oksigen dan semprotan air. Pastikan hasil keluaran biodetox tidak keruh dan tidak berbusa 7. Hasil pengolahan dari biodetox tank dialirkan ke bak pengendapan kedua atau policing tank. Lumpur di recycle ke sludge tank, dan air limbah dialirkan ke clorination tank 8. Air limbah di clorination tank ditambahkan kaporit dengan konsentrasi 3-5 ppm, kemurnian 60% (atur volume dosing pump 60 ml) 9. Hasil pengolahan dari clorination tank dialirkan dan ditampung ke effluent tank 10. Dari effluent tank air limbah dialirkan ke kolam indikator biologi lalu dibuang ke saluran kota 11. Dilakukan pengujian kualitas iar limbah secara rutin harian dan bulanan		
Unit terkait	Unit Hemodialisa		



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT PRIMA
HUSADA

PENGELOLAAN LIMBAH CAIR UNIT HEMODIALISA

No. Dokumen
935.76/RSPHS/I-
SPO/DIR/XI/2025

No. Revisi

Halaman
2/1