

RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAYANAN PEMASANGAN KB IMPLAN 2 BATANG		
	No. Dokumen 935.121/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 5 November 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo  Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep	
Pengertian	Pemasangan KB Implan 2 Batang adalah tindakan pemasangan alat kontrasepsi hormonal berupa dua batang implan yang mengandung progestin, dipasang secara subdermal pada lengan atas bagian dalam untuk mencegah kehamilan dalam jangka panjang.		
Tujuan	Sebagai pedoman petugas dalam memberikan pelayanan pemasangan KB yang aman dan nyaman untuk pasien sesuai prosedur.		
Kebijakan	Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana.		
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Set pemasangan implan steril. 2. Trokar/aplikator implan. 3. Klem steril (bila diperlukan). 4. Bengkok. 5. Tempat sampah medis dan safety box. B. Bahan 1. Implan 2 batang dalam kemasan steril. 2. Sarung tangan steril. 3. Masker. 4. Kasa steril. 5. Larutan antiseptik. 6. Lidokain 1% tanpa adrenalin. 7. S spuit 3 ml atau 5 ml. 8. Perban elastis/plester tekan. 9. Duk steril. C. Persiapan Pasien 1. Melakukan identifikasi pasien menggunakan minimal dua identitas. 2. Menjelaskan tujuan, manfaat, risiko, efek samping, dan alternatif kontrasepsi. 3. Memastikan pasien telah menandatangani informed consent. 4. Melakukan anamnesis dan skrining kelayakan medis penggunaan implan. 5. Memastikan pasien tidak sedang hamil. 6. Mempersilakan pasien berbaring dengan lengan non-dominan ditekuk dan diposisikan nyaman. 7. Melakukan kebersihan tangan sesuai prosedur. D. Pelaksanaan Tindakan 1. Menggunakan alat pelindung diri sesuai kebutuhan. 2. Menyiapkan seluruh alat dan bahan secara aseptik.		

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PELAYANAN PEMASANGAN KB IMPLAN 2 BATANG		
	No. Dokumen 935.121/RSPHS/I- SPO/DIR/XI/2025	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2
	3. Menentukan lokasi pemasangan pada lengan atas bagian dalam sekitar 8–10 cm di atas lipatan siku. 4. Membersihkan area pemasangan dengan antiseptik dan membiarkannya kering. 5. Memasang duk steril. 6. Melakukan anestesi lokal pada area pemasangan. 7. Memastikan efek anestesi telah bekerja. 8. Memasukkan trokar tepat di bawah kulit dengan sudut kecil. 9. Memasang batang implan pertama secara subdermal. 10. Mengarahkan trokar membentuk sudut sekitar 15° dan memasang batang implan kedua sehingga membentuk pola huruf V. 11. Memastikan kedua batang berada tepat di bawah kulit melalui palpasi. 12. Mengeluarkan trokar secara hati-hati. 13. Menekan area pemasangan menggunakan kasa steril untuk menghentikan perdarahan. 14. Menutup luka dengan kasa steril dan plester. 15. Memasang balutan tekan selama 24 jam. E. Edukasi Pasca Tindakan 1. Menjelaskan bahwa area pemasangan harus dijaga tetap bersih dan kering. 2. Menjelaskan kemungkinan efek samping seperti memar, nyeri ringan, atau perubahan pola menstruasi. 3. Menganjurkan segera kembali apabila terdapat tanda infeksi, nyeri berat, perdarahan berlebihan, atau implan tidak teraba. 4. Memberikan kartu akseptor yang berisi tanggal pemasangan dan jadwal pelepasan/penggantian. 5. Menjelaskan jadwal kontrol sesuai ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan.		
Unit Terkait	Poli Kandungan		