

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN HIV RAPID TEST 3 METODE		
	No. Dokumen 882.6/RSPHS/I-SPO/DIR/X/2025	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 01 Oktober 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulandari, S. Kep., M.Kep	
Pengertian	Pemeriksaan HIV adalah suatu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya virus HIV dalam darah menggunakan metode rapid test		
Tujuan	Pemeriksaan HIV rapid test menggunakan 3 metode untuk menegakkan diagnosis		
Kebijakan	Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 tentang Penanggulangan <i>Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome dan Infeksi Menular Seksual</i> .		
Prosedur	Alat dan Bahan 1. Serum / plasma / whole blood 2. Mikropipet 3. HIV rapid test 3 reagen a. R1 : sensitifitas >99% b. R2 : spesifitas >98% c. R3 : spesifitas >99% Cara Kerja 1. Siapkan HIV rapid test strip (R1) letakkan pada permukaan datar dan suhu ruang 2. Tambahkan 20 ul whole blood atau10 ul serum / plasma ke dalam lubang / sumur sampel pada strip HIV rapid test 3. Tambahkan 3 tetes (90 ul) diluent HIV rapid test ke dalam lubang yang telah terisi sampel 4. Baca hasil pengujian dalam waktu 10 – 20 menit dengan interpretasi hasil : a. Non Reaktif : terbentuk 1 garis warna pada zona kontrol b. Reaktif : terbentuk 2 atau 3 gari warna pada zona garis kontrol, zona garis test 1 dan atau zona garis test 2 5. Apabila hasil Non Reaktif, pengujian tidak dilanjutkan dan dilakukan pencatatan hasil pemeriksaan 6. Hasil Reaktif maka pengujian dilanjutkan menggunakan HIV rapid test (R2) dan jika hasilnya Reaktif maka dilanjutkan lagi menggunakan HIV rapid test (R3)		
Unit Terkait	Laboratorium		