

**RS DHARMA HUSADA**

Jl. Soekarno – Hatta No. 10 Probolinggo 67219
HP. 085138514521 | Telp. 0335-422176
Email: rsdharmahusadaprob@gmail.com

**PT. DISA PRIMA PRIMA****BERITA ACARA KERUSAKAN BARANG
NOMOR : 525/RSDH/E-BAC/DIR/X/2025**

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 30 Bulan Oktober Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Dental Unit
Merk/Type Alat	:	LOKAL
Ruang/Unit	:	POLI GIGI
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Tidak Keluar air pada high speed dan low speed
Analisa	:	Setelah dilakukan pembongkaran tidak ada angin kompresor yang masuk pada kran high speed, selang angin kompresor tersumbat yang menyebabkan air tidak keluar
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Probolinggo, 30 – 10 - 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSDH
	-		-	



DOKUMENTASI

