



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1299/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XI/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 21 November 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Nebulizer
Merk/Type Alat	:	Omron
Spesifikasi	:	Omron
Ruang/Unit	:	IRNA 3A
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Nebul Tidak Bisa Mengeluarkan Uap
Analisa	:	Setelah Dilakukan Pembongkaran Motor Nebul Tidak Bisa Diputar Karena Stang Motor Patah dan Tidak Bisa Diperbaiki
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 21 November 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 25/11/2024		 25/11/2024	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

