



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1339/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 02 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Lampu Laringoskop
Merk/Type Alat	:	-
Spesifikasi	:	-
Ruang/Unit	:	ICU
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Lampu Laringoskop Lampu Kondisi Mati
Analisa	:	Lampu Laringoskop Putus
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 Sulyanto Amd TekMed)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

