



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1342.1/RSPHS/I-PM/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 02 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	PAD TENS
Merk/Type Alat	:	Chattanooga
Spesifikasi	:	Chattanooga
Ruang/Unit	:	Ruang Rehab
Jumlah	:	1 Set
Keluhan/Kendala	:	Kabel Putus Sehingga Tidak Bisa Mendeteksi Saraf Pasien
Analisa	:	Putus Karena Pemakaian Kepasien
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 02 Desember 2024



Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
3/12/24 (Suiyanto Amd TekMed)	03/12/2024 (Restu Kurniawati, S.KM)	3/12/2024 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	01/12 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	3/12/24 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI ALAT



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1342/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Tanggal	02 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRs				
Alasan Pengajuan	Untuk Mengantikan PAD TENS Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	PAD	1 Set	0	Alat PAD Tens
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. PAD TENS Untuk Terapi Saraf			
3.	Penempatan alat**	1. Ruang Rehab			
4.	Merk/Tipe**	1. Catanoga			
5.	Spesifikasi**	1. Catanoga			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
3/12/24 	3/12/2024 	3/12/24 	3/12/24 	3/12/24 	
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
Subur & lakukan pengecekan oleh IPSRS namun tetap ada berfungsi.					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

