

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1348/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada Tanggal 04 Desember 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	BOR BATRAI
Merk/Type Alat	:	BOSCH
Spesifikasi	:	BOSCH PROFESSIONAL GSB 180-LI
Ruang/Unit	:	IPSRs
Jumlah	:	1 PCS
Keluhan/Kendala	:	Bor Batrai Tidak Bisa Memutar
Analisa	:	Ketika Dilakukan Pembongkaran Terdapat Kerusakan Pada Karbon Brush Berkurang Sehingga Tidak Bisa Memutar Bor Batrai Tersebut
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Pengajuan sudah input billing.

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 04 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	4/12 2024 		4/12 2024 	
(Saifuddin)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi

