



BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 1381/RSPHS/I-BAC/IGD/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 11 Desember Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Infant Wamer
Merk/Type Alat	:	GEA / HKN 90
Ruang/Unit	:	IGD
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Roda Robek
Analisa	:	1. Roda pada infrant warmer robek, dibutuhkan pergantian roda.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 11 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
11/12/24 	11/12/2024 		11/12/24 	
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1381.1/RSPHS/I-PM/IGD/XII/2024

Tanggal	11 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Atem				
Alasan Pengajuan	Untuk Menggantikan Roda Infant Warmer Di IGD				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Roda Infant Warmer	1 pasang (4 pcs)	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Roda Infant Warmer untuk memindahkan infant warmer ke satu tempat ke tempat lain.			
3.	Penempatan alat**	1. IGD Baru			
4.	Merk/Tipe**	1. GEA / HKN 90			
5.	Spesifikasi**	1. GEA / HKN 90			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Sulyanto Amd TekMed)	 (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono, MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

