



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1441/RSPHS/I-BAC/IPSRs/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 28 Desember Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Regulator Oksigen Tabung
Merk/Type Alat	:	1. -
Ruang/Unit	:	Irna 2A
Jumlah	:	1. 1 PCS
Keluhan/Kendala	:	1. Putaran pengatur oksigen patah transparat.
Analisa	:	1. Regulator oksigen patah karena tersenggol pasien yang tidak kooperatif saat melakukan usg thorax di radiologi.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, ^{03 Januari} 28 Desember 2024


Teknisi	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Yanmed	Kabid Penunjang Medis	Direktur
 (Sulyanto Amd, Tekmed)	^{03/01 2024}  (Restu Kurniawati, S.KM)	^{3/1 25}  (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	 (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT



PENGAJUAN BARANG ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1441/RSPHS/I-BAC/IRNA 2A/XI/2024

Tanggal	30 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	Irna 2A				
Alasan Pengajuan	Penggantian Regulator yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Regulator Oksigen	1	0	Rusak(Pengajuan barang baru)
	2.				
2.	Fungsi alat**	Untuk Oksigen Pada Pasien Yang di Rujuk			
3.	Penempatan alat**	Irna 2A			
4.	Merk/Tipe**	Resources			
5.	Spesifikasi**	Tergantung Pengadaan			
	Yang Mengajukan	Kabid Penunjang Medis	Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
	(Bagus Surya Purwono, AMd. Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK., S.Kes)	(Heni Indra W,S. Kep,M. Kep)	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



Dokumentasi

