

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 022 / RSPHS / I / BAC / IPA / I / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 6 Januari 2024 dengan data sebagai berikut :



Nama Barang	:	Kabel PAD TENS
Merk/Type Alat	:	Chattanooga
Spesifikasi	:	Chattanooga
Ruang/Unit	:	Ruang Rehab
Jumlah	:	1 Pcs
Keluhan/Kendala	:	Kabel Putus Sehingga Tidak Bisa Mendeteksi Saraf Pasien
Analisa	:	Putus Karena Pemakaian Kepasien
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 06 Januari 2025

Teknisi  (Sulyanto Amd TekMed)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 06/01/2025  (Restu Kurniawati, S.KM)	Kabid Pelayanan Medis 6/1/25  (Heni Indra W, S.Kep, M.Kep)	Kabid Penunjang Medis 6/1/25  (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	Direktur RSPHS 6/1/25  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
--	---	--	--	--

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 022.1 / PRHS / I / PM / I / 18JA / I / 2025

Tanggal	06 Januari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Poli Rehab				
Alasan Pengajuan	Untuk Mengantikan kabel PAD TENS Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kabel PAD	1 Pcs	0	Alat PAD Tens
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kabel PAD TENS Untuk Terapi Saraf			
3.	Penempatan alat**	1. Ruang Rehab			
4.	Merk/Tipe**	1. Catanoga			
5.	Spesifikasi**	1. Catanoga			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 06/01/2025	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
					
(Herdi -wijayanto)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

