

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 1447/RSPHS/I-BAC/ICU/XII/2024

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2024 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Kabel ECG Patient Monitor
Merk/Type Alat	:	1. Mindray/UMEC10
Ruang/Unit	:	ICU
Jumlah	:	1. 1 Set
Keluhan/Kendala	:	1. Kabel ECG Patient Monitor kondisi putus
Analisa	:	1. Kabel ECG Patient Monitor kondisi putus bisa disebabkan karena masa pakai alat yang sudah lama sehingga kabel kondisi <u>getas</u> . (rapuh)
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 31 Desember 2024

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	31/12/24 	31/12/24 		
(Ervinda Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 1447.1/RSPHS/I-PM/ICU/XII/2024

Tanggal	31 Desember 2024				
Pengajuan Dari Unit*	ICU				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kabel ECG Patient Monitor	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kabel ECG Patient Monitor untuk memonitor kondisi jantung pasien pada Patient Monitor			
3.	Penempatan alat**	1. Kabel ECG Patient Monitor Untuk ICU			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray / UMEC10			
5.	Spesifikasi**	1. Kabel ECG Patient Monitor Merk Mindray/UMEC10			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Ervinda Amd. TEM)	3/12/2025  (Restu Kurniawati, S.KM)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	3/12/25  Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT

