



BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 068/RSPHS/I-BAC/IPSR/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 16 Januari Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Kabel Pads Tens
Merk/Type Alat	:	Zimmer / Soleo
Ruang/Unit	:	Rehabilitasi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kabel TENS Putus
Analisa	:	1. Kabel TENS Kondisi Putus bisa di sebabkan karena melepas dari eletrode nya di tarik paksa.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 16 Januari 2025

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
	 20/1/2025	 20/1/25	 20/1/25	 20/1/25
(Sulyanto Amd TekMed)	(Restu Kurniawati, S.KM)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

LAMPIRAN I
DOKUMENTASI ALAT



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 068.1/RSPHS/I-PM/IPSR/1/2025

Tanggal	16 Januari 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Rehab				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kabel TENS	1 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kabel alat TENS			
3.	Penempatan alat**	1. Kabel alat TENS untuk unit rehab			
4.	Merk/Tipe**	1. Zimmer / Soleo Galva			
5.	Spesifikasi**	1. Zimmer / Soleo Galva			
Yang Mengajukan		Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur
16/01/25  (Sulyanto Amd TekMed)		20/01/25  (Restu Kurniawati, S.KM)	20/01/25  (Dwi Novianti Amd.AK., S.Ke)	20/01/25  Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



Dokumentasi

