

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 113/ RSPHS/1-BAC/162/1 /2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada tanggal 28 Bulan Januari Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Alat Wrapping
Merk/Type Alat	:	-
Ruang/Unit	:	Gizi
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Kerusakan a. Patah
Analisa	:	1. Alat wrapping kondisi pinggiran besi patah sehingga tidak bisa di gunakan kembali
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Mutar RS. berdiri belum pernah pengapian Pisau pemotong gripis .

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 28 Januari 2025

Teknisi 28/1/25  (Sulyanto Amd, Tekmed)	Kabid Yanmed 28/1  (Heni Indra W, S. Kep, M. Kep)	*Kabid Penunjang  (Dwi Novianti , Amd. AK., S. Kes)	Direktur  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
--	--	---	--