

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 139/RSPHS/I-BAC/IPSR/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 05 Februari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Pompa dispenser (Input di SIMRS)
Merk/Type Alat	:	-
Spesifikasi	:	a. DC 12 V b. 420 mA c. 3.2 W d. 35° C
Ruang/Unit	:	Irna 3A
Jumlah	:	1 PCS
Keluhan/Kendala	:	Dispenser tidak mengeluarkan air meskipun sudah ditekan tombolnya
Analisa	:	Motor pompa yang tidak berfungsi atau pompa itu sendiri rusak sehingga tidak dapat mendorong cairan
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Setelah perbaikan inventaris ulang yang siap pakai dan simpan di gudang yang rapi

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 05 Februari 2025

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Zainul Azhari)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI

