


BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 173/RSPHS/I-BAC/IKO/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh (IPSR) pada Tanggal 18 Bulan Februari Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Kamera Endoscopy Urologi
Merk/Type Alat	:	Autoclavable / 15.10.4630
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kamera Endoscopy kurang jelas
Analisa	:	1. Kamera Endoscopy kurang jelas dapat disebabkan karena masa pakai ± 5 Tahun.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 18 Februari 2025

Teknisi  (Sulyanto Amd Tek Med)	Plt.Kabid Umum dan Keuangan 25/25 2  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis 25/25  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	Direktur RSPHS  (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)
--	--	--	---	--



Dokumentasi

