



BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 243 / RSPHS / I - BAC / IPSRS / II / 2025 .

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 27 Februari 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Speaker Toa Ambulance
Merk/Type Alat	:	U.S.A / TS400-N
Spesifikasi	:	U.S.A / TS400-N
Ruang/Unit	:	Ambulance APV N 1464 EK
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Membrane speaker toa ambulance rusak
Analisa	:	Tidak bisa diperbaiki – pembelian speaker toa ambulance baru
Perbaikan	:	Perbaikan IPSRS Prima Husada Sukorejo
Tanggapan Rumah Sakit	:	- Cek pembelian terakhir harga berapa ? - Masa pemakaian berapa lama ? 4 tahun .

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 Februari 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 Ar. Sul. (Saifuddin)	 (Wulandari)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Ke)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



DOKUMENTASI

