

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN PASIEN RONTGEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)		
	No. Dokumen 325/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : 14 Maret 2025	Ditetapkan Oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
Pengertian	Pemeriksaan rontgen di Instalasi Gawat Darurat (IGD) adalah prosedur pencitraan radiologi yang dilakukan terhadap pasien gawat darurat untuk membantu diagnosis medis dengan menggunakan sinar-X. Pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai standar keselamatan radiasi guna meminimalkan paparan bagi pasien, tenaga medis, dan lingkungan sekitar.	
Tujuan	1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemeriksaan rontgen di IGD sesuai standar keselamatan radiasi. 2. Memastikan pemeriksaan dilakukan secara efektif dan efisien tanpa mengabaikan keselamatan pasien dan tenaga medis. 3. Mencegah paparan radiasi yang tidak perlu bagi pasien lain, tenaga kesehatan, dan lingkungan.	
Kebijakan	1. Pemeriksaan rontgen hanya dilakukan berdasarkan permintaan dokter dengan indikasi medis yang jelas. 2. Tenaga medis yang bertugas harus memiliki kompetensi dalam bidang radiologi dan keselamatan radiasi. 3. Prosedur dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh IAEA (International Atomic Energy Agency), BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir), dan NCRP Report No. 133 (National Council on Radiation Protection and Measurements). 4. Setiap pemeriksaan harus menggunakan teknik yang sesuai untuk mengoptimalkan kualitas gambar dengan dosis radiasi serendah mungkin (prinsip ALARA - As Low As Reasonably Achievable).	
Prosedur	A. Persiapan Alat 1. Pastikan mesin rontgen dalam kondisi baik dan telah melalui uji kualitas berkala. 2. Atur parameter eksposi sesuai dengan kebutuhan klinis pasien untuk meminimalkan dosis radiasi. 3. Gunakan kolimasi sinar-X untuk membatasi area paparan hanya pada bagian tubuh yang diperiksa. 4. Pasang tabir radiasi sesuai dengan ketentuan pada gambar dibawah ini:	

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PEMERIKSAAN PASIEN RONTGEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)		
	No. Dokumen 325/RSPHS/I-SPO/DIR/IV/2025	No. Revisi 00	Halaman 2/2
	B. Pelaksanaan Pemeriksaan 1. Radiografer gunakan dosimeter pribadi untuk memantau paparan radiasi. 2. Atur posisi pasien sesuai dengan pemeriksaan yang diperlukan, pastikan pasien dalam kondisi stabil. 3. Hindari pengulangan pemeriksaan yang tidak perlu dengan memastikan teknik dan posisi yang benar. 4. Jika pasien memerlukan bantuan penyangga, gunakan alat bantu bukan tangan tenaga medis atau pendamping. C. Keselamatan Radiasi 1. Jarak aman minimal 2 meter dari sumber sinar-X bagi pasien lain dan tenaga medis yang tidak berkepentingan. 2. Jika tidak memungkinkan menjaga jarak 2 meter, gunakan tabir Pb (lead barrier) dengan ketebalan minimal 0,25 mm Pb untuk melindungi pasien lain. 3. Pastikan area IGD yang digunakan untuk pemeriksaan rontgen memiliki perlindungan struktural sesuai standar BAPETEN. 4. Lakukan pemantauan dosis radiasi berkala terhadap tenaga medis menggunakan dosimeter.		
Unit Terkait	1. IDG 2. Radiologi		