



BERITA TELAAH ALAT


NOMOR : 310/RSPHS/I-BAC/IPSRs/III/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 27 Maret 2025 dengan data sebagai berikut :



Nama Barang	:	Nurse call
Merk/Type Alat	:	Meeyi
Ruang/Unit	:	IRNA 2D ^{12B} dan IRNA 2A 2B
Jumlah	:	2 set
Keluhan/Kendala	:	Program hilang dan kesusahan dalam setting dengan bahasa china
Analisa	:	Sudah dicoba oleh IPSRS untuk setting, namun setting nurse call belum bisa dilakukan
Perbaikan	:	Setting nurse call dengan vendor
Tanggapan Rumah Sakit	:	- Saran koordinasi dengan vendor utk modul dan tata cara pengaturan + reset - History pembelian alat adalah beli barang saja tidak beserta instalasi dari vendor

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 27 Maret 2025

IPSRs,  (Zainul Azhari)	PLT Kabid Umum,  (Wulandari)	Kabid JangMed  (Dwi Novianti Amd.AK.,S.Kes)	Kabid Yanmed ^{25/3}  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	Direktur  (dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)
--	---	---	---	---

DOKUMENTASI



Nurse call