



BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 345/RSPHS/I-BAC/IPSRs/IV/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs) pada Tanggal 15 Bulan April Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Forceps Endoscopy
Merk/Type Alat	:	KARL STORZ / 27424 R & 25.68.3005
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	2 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Forceps Endoskopy Patah
Analisa	:	1. Bisa disebabkan karena masa pemakaian alat
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	Tanggal pembelian Februari 2021 Rata-rata pemakaian perbulan : 40



Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 15 April 2025

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
 (Suliyanto Amd Tek Med)	 (Wulandari)	 (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	 (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	 (dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



Dokumentasi



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 346/RSPHS/I-PM/IKO/IV/2025

Tanggal	15 April 2025		
Pengajuan Dari Unit*	IKO		
Alasan Pengajuan	Adanya kerusakan alat Pencapit Urologi PHS		
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Pencapit URS urologi	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	Digunakan untuk menunjang kegiatan operasi urologi	
3.	Penempatan alat**	IKO PHS	
4.	Merk/Tipe**	Tontarra	
5.	Spesifikasi**	Pencapit URS Tontarra S990-021-24	
Yang Mengajukan (Kepala Ruang IKO)		Kabid Yanmed	Plt Kabid Jangmed
 15/4		 15/4	 15/4
Rizky Dwi Ramadhani Amd. kep		Heni Indra Wulansari, S. Kep., Ns, M. Kep	Nur Lailatul Farida, S. kep., NS
Direktur RS			
 PRIMA HUSADA SUKOREJO			
dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS			
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO			

*Alasan pengajuan: belum pernahtersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi :Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap

