




BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR SURAT: 196/RSPHS/I-BAC/SIMRS/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(TIM IT) pada tanggal 29 April 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Printer Epson l11050
Merk/Type Alat	:	1. Epson
Ruang/Unit	:	1. Radiologi
Jumlah	:	1 1 unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kerusakan head
Analisa	:	1. Beban printing terlalu banyak (400-500 pasien perminggu, per pasien 1-2 gambar)
Perbaikan	:	1. Perlu ada penggantian printer drypix
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih


Yang mengajukan,	Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
 (Galih Satria Mahardika, S.Pd)	 Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns	 Heni Indra W, S.Kep.Ns.,M.Kep	 Wulandari	 dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Note : *TTD Kabid menyesuaikan dengan unit yang mengajukan
*Pilih salah satu




DOKUMENTASI

1.



2.




BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR SURAT: 196/RSPHS/I-BAC/SIMRS/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(TIM IT) pada tanggal 5 April 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Printer Epson I3210
Merk/Type Alat	:	1. Epson
Ruang/Unit	:	1. Radiologi USG 2. Radiologi CT-Scan 3. Sekretariat
Jumlah	:	1 3 unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kerusakan head, karena digunakan untuk Xray print ± 100 foto perhari 2. Kerusakan head, karena digunakan untuk Xray print ± 100 foto perhari 3. Kerusakan head, karena digunakan untuk Xray print ± 100 foto perhari
Analisa	:	1. Beban printing terlalu banyak (400-500 pasien perminggu, per pasien 1-2 gambar)
Perbaikan	:	1. Perlu ada penggantian printer drypix
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih


Yang mengajukan,	Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
				
(Galih Satria Mahardika, S.Pd)	Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M. Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Note : *TTD Kabid menyesuaikan dengan unit yang mengajukan
*Pilih salah satu




DOKUMENTASI

1.



2.





BERITA ACARA TELAAH PERALATAN MEDIS

Nama Barang / Fasilitas : Printer X ray Konvensional

Ruang / Unit : Radiologi

Jumlah : 1 Buah (Satu Buah)



Tanggal Pembelian : 14 April 2025

Telaah Peralatan Medis/Non Medis :

Dikarenakan penggunaan yang berlebihan, dengan banyaknya pasien kurang lebih 400 sampai 500 pasien dalam seminggu, dan pencetakan 1 sampai 2 gambar per pasien maka bila menggunakan printer yang saat ini Epson 3210 maka tidak bisa bertahan lama karena bukan di peruntukan untuk kertas film, setelah itu di gunakan menggunakan printer dengan spek di atasnya lagi Epson L11050 namun tetap tidak bisa bertahan lama.

Sehingga di sarankan untuk menggunakan printer yang sesuai spek yaitu untuk printer X ray Konvensional (Dry Pix Fuji film), Karena bisa ngeprint lebih banyak, di banding menggunakan Epson 3210 yang terbatas dan tidak tahan lama.

Demikian berita acara telaah kerusakan barang yang kami laporkan.


Teknisi,	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd Tek Med)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Nur Lailatul Farida,S.Kep.,Ns)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

LAPORAN PEMAKAIAN DAN KERUSAKAN PRINTER RADIOLOGI

NO	PRINTER (TYPE / MERK)	TGL PAKAI	TGL RUSAK	KET
1	Epson L3210 - ex USG	28 April 2025	06 Mei 2025	kerusakan head hitam
2	Epson L11050 - Baru	14 April 2025	28 April 2025	kerusakan roller, kerusakan head hitam
3	Epson L121 - Baru	28 Maret 2025	14 April 2025	kerusakan head hitam
4	Epson L3210 - ex MCU	12 Maret 2025	28 Maret 2025	kerusakan head hitam
5	Epson L3210 - Baru	20 Februari 2025	12 Maret 2025	kerusakan head hitam
6	Epson L3210 - ex 3a	02 Februari 2025	20 Februari 2025	kerusakan head
7	Epson L3210 - Baru	01 Januari 2025	02 Februari 2025	pompa macet, head kotor

 6/25
wulqn

PENGAJUAN BARANG UMUM RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR SURAT : 1258/RSPHS/I-PM/SIMRS/XI/2024

Tanggal	29 April 2025			
Pengajuan Dari Unit*	Radiologi			
Alasan Pengajuan	Pengajuan Printer Drypix			
I.DATA BARANG DAN SUPLIER				
1.	No	Nama Alat	Jumlah	Stok
	1.	Printer drypix	1	0
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Untuk mengeprint hasil gambar radiologi xray		
3.	Penempatan alat**	1. Radiologi		
4.	Merk/Tipe**	1. draypix		
5.	Spesifikasi**	1. Fujifilm draypix smart		
Yang mengajukan,	Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
				
Wardah Mahdiyah M Amd.Rad	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns	Heni Indra w, S.Kep.Ns.,M.Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO				

*Alasan pengajuan: Dikarenakan penggunaan yang berlebihan, pasien banyak dengan estimasi 400-500 pasien seminggu, dan pencetakan 1-2 gambar per pasien sehingga dibutuhkan printer drypix.

** Spesifikasi : Alat radiologi yang diperlukan



DOKUMENTASI

1

