

BERITA ACARA KERUSAKAN


NOMOR : 400 / RSPHS / I - BAC / IPSRS / V / 2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada tanggal 13 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Roda Bed Stretcher IGD
Merk/Type Alat	:	GEA / 6 Inchi
Ruang/Unit	:	IGD
Jumlah	:	8 pcs
Keluhan/Kendala	:	Bed tidak bisa terkunci
Analisa	:	Bantalan roda bed rusak
Perbaikan	:	Pembelian roda bed baru
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 13 Mei 2025

IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
				
(Farid Saifudin)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI



Roda Bed Stretcher IGD



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR : 400.1/RSPTS/1-PM/IPSRS/V/2025

Tanggal	13 Mei 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IPSRS				
Alasan Pengajuan	Untuk penggantian roda bed stretcher yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok alat di Unit	Keterangan
	1.	Roda Bed Stretcher	12 pcs	0	Penggantian bed stretcher yang rusak (8 pcs) dan stok (4 pcs)
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)		1. Untuk mengatur mobilitas bed stretcher		
3.	Penempatan alat**		1. IGD		
4.	Merk/Tipe**		1. GEA / 6 Inchi		
5.	Spesifikasi**		1. Ukuran 6 Inchi		
Yang Mengajukan, IPSRS,  Sulyanto, Amd.Tekmed		Mengetahui PLT Kabid Jangmed  Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Mengetahui Kabid Yanmed  13/5/25 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan  13/5/25 Wulandari	Direktur RS  dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI



Roda Bed Stretcher IGD