



BERITA ACARA TELAHAH ALAT

NOMOR : 411/RSPTS/1-BAC/DIR/V/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs/ATEM) pada tanggal 17 Mei 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	CT Scan
Merk/Type Alat	:	Philips 16 Slide
Ruang/Unit	:	1. Radiologi
Jumlah	:	1 (satu)
Keluhan/Kendala	:	1. Petunjuk waktu pada Ct Scan tidak sama dengan waktu saat ini / Saat ct scan di gunakan.
Analisa	:	- Untuk Alat CT-Scan yang berada di Ruang Radiologi telah terjadi ketidaksamaan waktu dengan selisih beda waktu kurang lebih 3 jam yang terprogram, yang mengakibatkan waktu tindakan di lakukan Ct scan seharusnya jam menunjukkan saat di gunakan menjadi mundur ke belakang 3 jam. (tidak real time) - Setelah dilakukan setting pada komputer operator untuk disamakan dengan real time, akhirnya bisa dilakukan. Akan tetapi terjadi eror pada pesawat CT-Scannya, setelah setting waktu dikembalikan semula, CT-Scan kondisi normal, maka perlu dilakukan untuk di <u>Upgrade Softwarenya</u>.
Perbaikan	:	1. Telah dilakukan setting di monitor di rubah waktu nya dan ct scan terjadi eror,setelah di kembalikan ke setting awal selisih waktu kurang 3 jam ct scan kondisi normal.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara telaah barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 17 Mei 2025

Karu IPSRS,	PLT Kabid Umum dan Keuangan,	PLT Kabid JangMed	Kabid Yanmed	Direktur
(Sulyanto,Amd Tek Med.)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS)



DOKUMENTASI

