




BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR SURAT: 196/RSPHS/I-BAC/SIMRS/II/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(TIM IT) pada tanggal 17 Juni 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Printer Epson I3210
Merk/Type Alat	:	1. Epson
Ruang/Unit	:	1. Verif (digunakan di unit radiologi) 2. Sekretariat (digunakan di unit radiologi)
Jumlah	:	1 2 unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kerusakan head
Analisa	:	1. Penggunaan kertas yang tidak sesuai fungsi, penggunaan film glossy yang menyebabkan head tersumbat
Perbaikan	:	1. Perlu adanya penggantian baru printer dengan jenis lain sesuai spesifikasi (dypix)
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Yang mengajukan,	Mengetahui PLT Kabid Jangmed	Mengetahui Kabid Yanmed	Mengetahui PLT Kabid Umum dan Keuangan	Direktur RS
				
(Galih Satria Mahardika, S.Pd)	Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M. Kep	Wulandari	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS

Note : *TTD Kabid menyesuaikan dengan unit yang mengajukan
*Pilih salah satu



DOKUMENTASI

1.

