

BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 493/RSPHS/I-BAC/IPSR/VI/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSR/ATEM) pada Tanggal 18 Bulan Juni Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	1. Blender Obat
Merk/Type Alat	:	1. SCI/ -
Ruang/Unit	:	1. Farmasi
Jumlah	:	1. 4 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Blender kondisi aus, tidak bisa untuk memblender obat
Analisa	:	1. Blender kondisi aus, bisa disebabkan karena seringnya pemakaian untuk blender obat.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 18 Juni 2025

Teknisi	PLT.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Ervinda Amd TekMed)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)

PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR :

Tanggal	18 Juni 2025				
Pengajuan Dari Unit*	Farmasi				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Blender Obat	4 unit	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Blender Obat untuk menghaluskan obat di farmasi.			
3.	Penempatan alat**	1. Blender Obat untuk Farmasi			
4.	Merk/Tipe**	1. SCI/ -			
5.	Spesifikasi**	1. 150 Watt			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
	 19/25	 19/6	 19/25		
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
* Saran order 2 unit dahulu, 4 unit dan untuk blender yang rusak 4 unit dicekan oleh teknisi saat kunjungan onsite ke PH5					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI

