

BERITA ACARA KERUSAKAN



NOMOR : 534/RS/HS/1-BAC/IKO/VII/2025

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS) pada Tanggal 4 Bulan Juli Tahun 2025 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Karet Urologi
Merk/Type Alat	:	Endo
Ruang/Unit	:	IKO
Jumlah	:	1 Pasang
Keluhan/Kendala	:	1. Karet Kondisi Pecah dan membuat air irigasi alat urologi bocor.
Analisa	:	1. Karet kondisi pecah bisa di sebabkan karena masa pakai.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan, 4 Juli 2025

Teknisi	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS
				
(Sulyanto Amd TekMed)	(Wulandari)	(Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(dr. Ifit Bagus Apriantono MMRS)



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 5341/PJPTU/1-PM/IKO/VII/2023

Tanggal	04 Juli 2025				
Pengajuan Dari Unit*	IKO				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Alat Yang Rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Karet Urologi	3 Pasang	0	Cyto
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Karet urologi berfungsi untuk Sile irigasi alat Urologi			
3.	Penempatan alat**	1. Karet terletak pada saluran irigasi pada alat urologi.			
4.	Merk/Tipe**	1. Endo			
5.	Spesifikasi**	1. Spirometry Merk MIR / Spirolab			
Yang Mengajukan	Plt.Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Penunjang Medis	Mengetahui Kabid Yanmed	Menyetujui Direktur	
 (Wulandari K.)	 Wulandari	 Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS	 Heni Indra W, S.Kep,Ns.M.Kep	 dr. Ifit Bagus Apriantono,MMRS	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



Dokumentasi

