



BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 428/PSPHS/1-BAC/IPSRS/VI/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS/ATEM) pada Tanggal 25 Bulan Juli Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	Lampu Operasi
Merk/Type Alat	:	Steris / Harmony VLed.
Ruang/Unit	:	IKO 1
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	Lampu kondisi mati satu
Analisa	:	Setelah di lakukan pembongkaran dan pengecekan unit,bisa di sebabkan module lampu tidak berfungsi / rusak dan harus di ganti module baru.ada dua lampu dan dua module,satu module rusak. Catatan : - Perlu di panggilkan vendor untuk melakukan penggantian module.
Perbaikan	:	1. Internal RS
Tanggapan Rumah Sakit	:	Perlu pengecekan oleh vendor

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih
Pasuruan, 25 - 07 - 2026

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	---	--	---	---

DOKUMENTASI

