



BERITA ACARA KERUSAKAN
NOMOR : 426/RSPHS/I-BAC/IRJA/VII/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRS) pada Tanggal 23 Bulan Juli Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :


Nama Barang	:	Kamera Endoscopy
Merk/Type Alat	:	22" HD
Ruang/Unit	:	Poli THT
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kamera Endoscopy patah
Analisa	:	1. Kamera Endoscopy patah karena jatuh akibat Human eror.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,23 Juli 2026

Teknisi  (Sulyanto Amd Tek Med)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
---	---	---	---	--

Dokumentasi





I. LAPORAN KEJADIAN

1	Pembuat Kronologi	Avita
2	Kejadian	18/07/2026
3	Unit Kerja yang terlibat	Poli THT
4	Tanggal Kejadian	18/07/2026

II. KRONOLOGIS KEJADIAN (dijelaskan secara detail hari dan jam kejadian)

Tanggal	Jam	Kronologi	Staf yang terlibat
18/07/2026	08:54	Pada tanggal 18 juli 2026, pada saat dr. julian hendak memeriksa pasien, kamera endoskopi diletakkan di troli endoskopi, kemudian kamera endoskopi yang kecil ukuran 0 ketarik oleh kabel endoskopi, kemudian kamera terjatuh dan pecah.	Avita, dr. Julian Hartawan, Sp.THT

III. ANALISA TERJADINYA MASALAH

1. Kurang berhati-hati pada saat meletakkan kamera endoskopi

IV. KERUGIAN YANG DITIMBULKAN

1. Pelayanan endoskopi tidak dapat dilakukan sementara waktu hingga alat diperbaiki atau tersedia pengganti, sehingga jadwal tindakan pasien tertunda atau dibatalkan.

V. TANGGAPAN DAN TINDAK LANJUT

Jabatan	Tanggapan dan Tindak Lanjut	TTD
Kepala Ruang Unit	Lebih berhati-hati lagi saat melakukan tindakan saat pelayanan, pastikan alat dikembalikan sesuai tempatnya dan aman dari resiko-resiko yg bisa menyebabkan kerusakan	
Kabid Pelayanan Medik	- Apakah belum ada tempat alat yang proper / yang aman?	
Kabid Keperawatan	- Proses penggantian jika tidak bisa diperbaiki segera tanggap jawab yang bersangkutan	Y Emp 24/7/26 Bisa.
Kabid Penunjang Medik	- proses penggantian dilakukan sesuai prosedur	
Kabid Umum	- Lebih berhati-hati saat selesai melakukan tindakan - proses penggantian alat rusak sesuai ketentuan	
SDM	Lebih berhati-hati lagi saat melakukan / setelah tindakan. Pastikan semua alat dikembalikan pada tempat yg seharusnya.	

Proses sesuai dengan ketentuan -
Menyetujui
Plt Direktur RS Prima Husada

Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

Pembuat Kronologi

(Avita Maulidia, S.Kep.,Ners)

Catatan Direktur : 1. Lebih hati-hati dalam menggunakan alat
2. Prose penggantian dilakukan sesuai prosedur