



PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA SUKOREJO
NOMOR: 415.1/RSPHS/I-PM/Maternitas/VII/2026

Tanggal		20 Juli 2026	
Pengajuan Dari Unit*		Maternitas	
Alasan Pengajuan		Ada tetapi rusak	
I.DATA BARANG DAN SUPLIER			
1.	No	Nama Alat	Jumlah
	1.	Fetal Dopler	1
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	alat untuk mendengarkan dan memantau detak jantung janin di dalam rahim	
3.	Penempatan alat**	Maternitas	
4.	Merk/Tipe**	Desktop Fetal Doppler OneHealth OH-200C+	
5.	Spesifikasi**	-	

Yang Mengajukan
(Karu/DPJP)

(Ninis Indrawati,
STr.Keb)

Kabid Yanmed

(Ns. Sisca Puspita Sari
,S.Kep)

Kabid Jangmed

(Nur Lailatul Farida,
S.Kep., Ns)

Kabid Umum

Wulandari

Direktur RS



(Ns. Heni Indra W,S.Kep, M.Kep)

TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Mohon review dari PT terkait pembelian doppler lewat online. Apakah worth it saat pembelian apabila tidak ada garansi dan AKL

TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

Pembelian doppler melalui online memiliki riwayat saat diuji coba di rumah sakit tidak dapat digunakan secara maksimal

*Alasan pengajuan: belum pernah tersedia/ ada tetapi rusak/ perlu penambahan/ ada tetapi hilang/ untuk back up

** Spesifikasi : Tidak di approve jika tidak di isi secara lengkap


BERITA ACARA KERUSAKAN

NOMOR : 415/RSPHS/I-BAC/Maternitas/VII/2026


Sesuai dengan pemeriksaan oleh (IPSR/ATEM) pada Tanggal 17 Bulan Juli Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Doppler
Merk/Type Alat	:	1. OneMed
Ruang/Unit	:	Maternitas
Jumlah	:	1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Doppler dalam keadaan mati tidak mendetek.
Analisa	:	1. Setelah di lakukan pembongkaran doppler tidak bisa mendetek suara,yang di sebabkan oleh komponen dalam doppler / board nya tidak bisa / rusak.
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	

Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih
Pasuruan,17 – 07 - 2025

Teknisi  (Sulyanto AmdTekMed)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	---	--	--	---

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI

DESKTOP FETAL DOPPLER

FD-100D

