

BERITA ACARA KERUSAKAN




NOMOR : 437/RSPHS/I-BAC/IGD/VII/2026

Sesuai dengan pemeriksaan oleh *(IPSRs) pada Tanggal 24 Bulan Juli Tahun 2026 dengan data sebagai berikut :

Nama Barang	:	1. Kabel Satu Rasi pasien monitor 2. Kabel ECG pasien Monitor
Merk/Type Alat	:	1. Mindray,Umec 10 2. Mindray,Umec 10
Ruang/Unit	:	IGD
Jumlah	:	1. Kabel satu rasi 3 Unit 2. Kabel ECG 1 Unit
Keluhan/Kendala	:	1. Kabel satu rasi pasien monitor rusak / putus,tidak laik pakai. 2. Kabel ECG kondisi putus tidak laik pakai.
Analisa	:	1. Kabel saturasi dalam kondisi putus tidak laik pakai di karenakan masa pakai alat yang sudah lama.(kabel satu rasi dari bawaan alat dari tahun 2020). 2. Kabel Ecg dalam kondisi putus tidak laik pakai di karenakan masa pakai alat yang sudah lama.(kabel ecg dari tahun 2019).
Perbaikan	:	Internal RS.
Tanggapan Rumah Sakit	:	


Demikian berita acara kerusakan barang yang kami laporkan. Terima kasih

Pasuruan,24 Juli 2026

Teknisi  (Sulyanto Amd Tek Med)	Kabid Umum dan Keuangan  (Wulandari)	Kabid Pelayanan Medis  (Ns.Sisca Puspitasari,S.Kep)	Kabid Penunjang Medis  (Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	Direktur RSPHS  (Heni Indra W,S.Kep,M.Kep)
--	--	---	--	--



Dokumentasi





PENGAJUAN BARANG UMUM / ALKES RS PRIMA HUSADA
NOMOR : 437.1/RSPHS/I-PM/IGD/VII/2026

Tanggal	24 Juli 2026				
Pengajuan Dari Unit*	IGD				
Alasan Pengajuan	Untuk Penggantian Spare Part yang rusak				
I.DATA BARANG DAN SUPLIER					
1.	No	Nama Alat	Jumlah yang diajukan	Stok Alat di Unit	Ket
	1.	Kabel Satu rasi pasien Monitor	3 Pasang	0	
	2.	Kabel ECG Pasien Monitor	1 Pasang	0	
2.	Fungsi alat** (fungsi di isi sesuai nomor alat)	1. Kabel Satu rasi untuk mengukur kadar atau persentase oksigen yang terikat di dalam darah merah pasien secara terus-menerus. 2. ECG mengukur aktivitas listrik jantung, memantau detak jantung, dan membaca ritme atau irama jantung pasien secara terus-menerus.			
3.	Penempatan alat**	1. Kabel Satu rasi berada di pasien monitor mindray umec 10 di igd. 2. ECG berada di pasien monitor mindray umec 10 di igd			
4.	Merk/Tipe**	1. Mindray / Umec 10			
5.	Spesifikasi**	1. Mindray / Umec 10			
Yang Mengajukan	Kabid Umum dan Keuangan	Kabid Pelayanan Medis	Kabid Penunjang Medis	Direktur RSPHS	
(Aini Nur R)	(Wulan)	(Ns.Sisca Puspitasari, S.Kep)	(Nur Lailatul Farida, S.Kep., NS)	(Heni Indra W, S.Kep, M. Kep)	
TANGGAPAN DARI KABID RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					
TANGGAPAN DARI DIREKTUR RS PRIMA HUSADA SUKOREJO					



DOKUMENTASI ALAT

